

No	ご意見			回答
	ページ	行	コメント	
1	6/18	13	引用している文書「校正方法と不確かさに関する表現 (JSG200)」の文書番号が間違っている。	他文書を引用するのではなく、「数値の丸め方については、数値の丸め方に関する一般的な基準を用いること(詳細は、ISO 80000-1のAnnex Bを参照のこと)。ただし、その丸めにより不確かさの数値を5%以上低下させるならば、切り上げられた値とすること。」と直接、当該規程に記載する。
2	9/18	1	国際文書(ILAC P14)の記載内容に鑑み、拡張不確かさを数式で表現する場合、有効数字はどう考えるべきか。	5.4.3 記載事項(2)に「の数値」を追記する。 「校正証明書に記載する拡張不確かさの数値は、多くとも2桁の有効数字で表記すること。」
3	6/18 他	17 他	校正等の「等」は、何を意味しているのか。	4.1項に 「計量器の校正等とは、計量器の校正又は標準物質の値付けのことをいう。」を追記する。