

認定番号及び付加情報	ASNITE 0117 C
初回認定日	平成 26 年 7 月 10 日
最新交付日	平成 29 年 8 月 15 日
認定された事務所の名称	NTK インターナショナル株式会社 NTK COX CALIBRATION CENTER 法人番号 5010401037701
所在地	〒192-0154 東京都八王子市下恩方町 417 番地 1
問い合わせ窓口	電話 042-650-5400 / FAX 042-650-5880
備考	当該認定事業者は、校正事業者として、ISO/IEC 17025:2005 (JIS Q 17025:2005)に適合しています。

認定に係る区分:流量・流速

認定に係る区分における初回認定日:平成26年7月10日

校正手法の区分の呼称[最新認定年月日]:液体流量計[平成29年8月15日]

恒久的施設で行う校正/現地校正の別:恒久的施設で行う校正

校正手法の 区分の呼称	種類	校正範囲	最高測定能力 (信頼の水準 約 95 %)
液体流量計	石油用流量計	0.0113 m ³ /h 以上 0.0227 m ³ /h 未満 (0.05 GPM 以上 0.1 GPM 未満)	0.38 %
		0.0227 m ³ /h 以上 70.41 m ³ /h 以下 (0.1 GPM 以上 310 GPM 以下)	0.37 %

GPM: US Liquid Gallon per Minute

以上

認定番号:ASNITE 0117 C