

登録プログラムの名称	JCSS
登録番号	JCSS 0201
初回登録日	2007年10月24日
登録の有効期限	2027年10月9日
登録された事業所の名称 及び所在地	山陽機器検定株式会社 水島工場 〒712-8054 岡山県倉敷市潮通二丁目1番地
法人の名称	山陽機器検定株式会社 法人番号 8260001012696
問い合わせ窓口	総務グループ Tel: 086-455-4869 FAX: 086-455-0054
登録規格	ISO/IEC 17025:2017 (校正)
区分	別紙のとおり

登録に係る区分：流量・流速

法律に基づく初回登録年月日：2007年10月24日

校正手法の区分の呼称 [登録更新年月日]：液体流量計 [2023年10月10日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類		校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準 約95%)
液体流量計	石油用流量計 (灯油・軽油) 石油用流量計校正装置 (灯油・軽油)	流量計	2 m ³ /h 以上 20 m ³ /h 以下	0.14 %
			灯油に限り 20 m ³ /h 超 1000 m ³ /h 以下	0.15 %
			軽油に限り 20 m ³ /h 超 1000 m ³ /h 以下	0.14 %
		校正装置	2 m ³ /h 以上 70 m ³ /h 以下	0.09 %
			70 m ³ /h 超 1000 m ³ /h 以下	0.11 %
			石油用流量計 (ガソリン) 石油用流量計校正装置 (ガソリン)	流量計
	20 m ³ /h 以上 1000 m ³ /h 以下	0.15 %		
	校正装置	2 m ³ /h 以上 70 m ³ /h 以下	0.11 %	
		70 m ³ /h 超 1000 m ³ /h 以下	0.14 %	
	石油用流量計 (重油) 石油用流量計校正装置 (重油)	流量計	20 m ³ /h 以上 920 m ³ /h 以下	0.15 %
校正装置		20 m ³ /h 以上 920 m ³ /h 以下	0.13 %	

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。