

認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定番号	JCSS0302
初回認定日	2013 年 12 月 5 日
最新交付日	2017 年 3 月 30 日
認定された事業所の名称 及び所在地	ラボテック・インターナショナル株式会社 〒 662-8580 兵庫県西宮市芦原町 9 番 52 号 法人番号 2140001070266
問い合わせ窓口	Tel: 0798-63-1094 FAX: 0798-63-1098
認定規格	ISO/IEC 17025:2005（校正）
区分	別紙のとおり

登録に係る区分：電気（直流・低周波）

法律に基づく初回登録（認定）年月日：平成 25 年 5 月 23 日

国際MRA対応初回認定年月日：平成 25 年 12 月 5 日

校正手法の区分の呼称[登録更新年月日]：直流・低周波測定器等[平成 29 年 5 月 23 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の 区分の呼称	種類	校正範囲	最高測定能力 (信頼の水準約 95 %)	
直流・低周波測定器等	直流抵抗測定装置	1 Ω	4.0 %	
		10 Ω	0.40 %	
		100 Ω	0.048 %	
		1 kΩ	0.018 %	
		10 kΩ	0.018 %	
		100 kΩ	0.021 %	
		1 MΩ	0.024 %	
	直流電圧測定装置	10 mV	0.39 %	
		100 mV	0.040 %	
		1 V	0.0075 %	
		10 V	0.0065 %	
		100 V	0.0071 %	
	直流電流測定装置	1 mA	0.022 %	
		10 mA	0.016 %	
		100 mA	0.017 %	
		500 mA	0.046 %	
	交流電圧測定装置	50 Hz	1 A	0.041 %
			100 mV	0.082 %
			1 V	0.042 %
			10 V	0.054 %
	交流電圧測定装置	60 Hz	100 V	0.066 %
			100 mV	0.082 %
			1 V	0.042 %
			10 V	0.054 %
	交流電流測定装置	50 Hz	100 V	0.066 %
			10 mA	0.15 %
			100 mA	0.14 %
			500 mA	0.19 %
交流電流測定装置	60 Hz	1 A	0.16 %	
		10 mA	0.15 %	
		100 mA	0.14 %	
		500 mA	0.19 %	
交流電流測定装置	60 Hz	1 A	0.16 %	
		10 mA	0.15 %	
		100 mA	0.14 %	
		500 mA	0.19 %	