認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定識別	JCSS 0315 Calibration
認定された適合性評価機関の名称	城南電計株式会社　校正室
法人の名称	城南電計株式会社 法人番号 1250001003265
問い合わせ窓口	校正室 TEL：0836-52-9252　　FAX：0836-52-9252

20240604評 基 第022号
2024 年 11 月 7 日

認　定　証

独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センターは、以下の適合性評価機関を JCSS 認定プログラムの校正事業者として認定する。

認　定　識　別：JCSS 0315 Calibration
適合性評価機関の名称：城南電計株式会社　校正室
法 人 の 名 称：城南電計株式会社
適合性評価機関の所在地：山口県宇部市大字川上字岩瀬戸 1291 番地 8
認　定　範　囲：質量（詳細は別紙のとおり）
認定要求事項：ISO/IEC 17025:2017
認定スキーム文書（JCSS 認定）に記載した認定要求事項
認 定 発 効 日：2024 年 11 月 7 日
認定の有効期限：2028 年 11 月 6 日
初回認定発効日：2014 年 7 月 10 日

独立行政法人製品評価技術基盤機構
認定センター所長 堀坂和秀

・IAJapan(独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センター)は、ILAC(国際試験所認定協力機構)及び APAC(アジア太平洋認定協力機構)の MRA(相互承認取決め)に署名している認定機関です。
・相互承認取決めに係る要求事項は、認定の基準（該当する国際規格）適合義務の他に、技能試験参加要件及び定期的な審査の受審並びに MRA 対応事業者に対するトレーサビリティ要求事項（方針）を指します。
・この事業者は ISO/IEC 17025:2017 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項に適合しています。この認定は当該事業者が認定された範囲において一貫して技術的に有効な試験結果及び校正を提供するために必要な技術能力要求事項及びマネジメントシステム要求事項を満たしていることを証明するものです（2017 年 4 月 ISO-ILAC-IAF 共同コミュニケ参照）。
・IAJapan ウェブサイトで公開している認定証が最新の認定情報です。

登録（認定）に係る区分：質量
法律に基づく初回登録年月日：2014 年 7 月 10 日
国際 MRA 対応初回認定発効日：2014 年 7 月 10 日
校正手法の区分の呼称［登録更新（認定発効）年月日］：分銅等、はかり［2024 年 11 月 7 日］
恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正
校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ（信頼の水準約 95 %） 協定質量の校正
分銅等	分銅	1 mg	0.020 mg
		2 mg	0.020 mg
		5 mg	0.020 mg
		10 mg	0.025 mg
		20 mg	0.030 mg
		50 mg	0.040 mg
		100 mg	0.050 mg
		200 mg	0.060 mg
		500 mg	0.080 mg
		1 g	0.10 mg
		2 g	0.12 mg
		5 g	0.15 mg
		10 g	0.20 mg
		20 g	0.25 mg
		50 g	0.30 mg
		100 g	0.50 mg
		200 g	1.0 mg
		500 g	2.5 mg
		1 kg	5.0 mg
		2 kg	10 mg
		5 kg	25 mg
		10 kg	50 mg
		20 kg	0.10 g
		50 kg	0.8 g
		100 kg	1.6 g
		200 kg	3.0 g
		500 kg	8.0 g
	おもり	500 g 以上 1 kg 以下	16 mg
		1 kg 超 2 kg 以下	30 mg
		2 kg 超 5 kg 以下	80 mg
		5 kg 超 10 kg 以下	0.16 g
		10 kg 超 20 kg 以下	0.30 g
		20 kg 超 50 kg 以下	2.5 g
		50 kg 超 100 kg 以下	5.0 g
		100 kg 超 200 kg 以下	10 g
		200 kg 超 500 kg 以下	25 g

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正及び現地校正
校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ（信頼の水準約 95 %）	
			恒久的施設	現地校正
はかり	電子式非自動はかり	1 g	0.13 mg	0.13 mg
		2 g	0.16 mg	0.16 mg
		3 g	0.28 mg	0.28 mg
		4 g	0.31 mg	0.31 mg
		5 g	0.20 mg	0.20 mg
		5 g 超 15 g 以下	0.56 mg	0.56 mg
		15 g 超 20 g 以下	0.75 mg	0.75 mg
		20 g 超 30 g 以下	0.81 mg	0.81 mg
		30 g 超 50 g 以下	1.2 mg	1.2 mg
		50 g 超 100 g 以下	1.1 mg	1.1 mg
		100 g 超 150 g 以下	1.3 mg	1.3 mg
		150 g 超 200 g 以下	1.7 mg	1.7 mg
		200 g 超 300 g 以下	2.9 mg	3.2 mg
		300 g 超 400 g 以下	3.6 mg	3.8 mg
		400 g 超 500 g 以下	4.3 mg	4.5 mg
		500 g 超 600 g 以下	5.0 mg	5.2 mg
		600 g 超 800 g 以下	5.9 mg	9.8 mg
		800 g 超 1 kg 以下	7.2 mg	11 mg
		1 kg 超 1.5 kg 以下	13 mg	14 mg
		1.5 kg 超 2 kg 以下	16 mg	17 mg
		2 kg 超 3 kg 以下	22 mg	24 mg
		3 kg 超 4 kg 以下	28 mg	30 mg
		4 kg 超 5 kg 以下	35 mg	36 mg
		5 kg 超 6 kg 以下	41 mg	42 mg
		6 kg 超 8 kg 以下	56 mg	83 mg
		8 kg 超 10 kg 以下	69 mg	95 mg
		10 kg 超 15 kg 以下	0.12 g	0.13 g
		15 kg 超 20 kg 以下	0.16 g	0.16 g
		20 kg 超 30 kg 以下	0.24 g	0.30 g
		30 kg 超 40 kg 以下	0.31 g	0.38 g
		40 kg 超 50 kg 以下	0.38 g	0.47 g
		50 kg 超 60 kg 以下	0.46 g	0.55 g
		60 kg 超 80 kg 以下	1.3 g	1.3 g
		80 kg 超 100 kg 以下	1.5 g	1.5 g
		100 kg 超 600 kg 以下	―	43 g
		600 kg 超 1200 kg 以下	―	85 g
		1200 kg 超 2000 kg 以下	―	0.17 kg

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。