

環境省殿

## 試 験 報 告 書

サリチル酸のヒメダカ (*Oryzias latipes*) に対する急性毒性試験

(試験番号: NMMP/E00/4010)

平成13年12月1日作成

株式会社 東レリサーチセンター

## 陳 述 書

株式会社 東レリサーチセンター  
名古屋研究部

試験委託者 : 環境省

表題 : サリチル酸のヒメダカ (*Oryzias latipes*) に対する急性毒性試験

試験番号 : NMMP/E00/4010

上記試験は環境省のGLP規則に従って実施したものである。

平成 / 3 年 12 月 07 日

運営管理者

## 信 頼 性 保 証 証 明

株式会社 東レリサーチセンター  
名古屋研究部

試験委託者 : 環境省

表題 : サリチル酸のヒメダカ (*Oryzias latipes*) に対する急性毒性試験

試験番号 : NMMP/E00/4010

本試験は試験計画書および標準操作手順書に従って実施され、本報告書には試験に使用した方法、手順が正確に記載されており、試験結果は生データを正確に反映していることを下記の通り確認した。

## 記

	実施日	運営管理者および 試験責任者への報告日
試験実施状況査察	平成 13 年 4 月 3 日	平成 13 年 4 月 24 日
試験報告書監査	平成 13 年 10 月 29 日	平成 13 年 10 月 29 日

平成 13 年 12 月 7 日

信頼性保証業務担当者

## 試験実施概要

1. 表題 : サリチル酸のヒメダカ (*Oryzias latipes*) に対する急性毒性試験
2. 試験目的 : サリチル酸について、ヒメダカ (*Oryzias latipes*) に対する急性毒性試験を行い、半数致死濃度 (LC50) を求める。
3. 適用ガイドライン : 本試験は、OECD 化学品テストガイドライン No.203「魚類毒性試験」(1992 年) に準拠した。
4. 適用GLP : 本試験は環境省のGLP規則に準拠した。
5. 試験委託者
  - 名称 : 環境省
  - 住所 : (〒100-8975) 東京都千代田区霞が関1-2-2
  - 委託責任者 : 総合環境政策局環境保健部環境安全課環境リスク評価室 室長補佐 XXXXXXXXXX
6. 試験受託者
  - 名称 : 株式会社 東レリサーチセンター
  - 所在地 : (〒103-0022) 東京都中央区日本橋室町3-1-8 都ビル内
7. 試験施設
  - 名称 : 株式会社 東レリサーチセンター 名古屋研究部
  - 所在地 : (〒455-8502) 愛知県名古屋市港区大江町9-1

## 8. 試験関係者:

試験責任者                                           (平成 13 年 12 月 7 日)

試験担当者                                           (平成 13 年 12 月 6 日)

試験担当者                                           (平成 13 年 12 月 6 日)

試験担当者                                           (平成 13 年 12 月 6 日)

試験担当者                                           (平成 13 年 12 月 6 日)

9. 試験期間:      試験開始日    平成 12 年 12 月 12 日  
                          曝露期間      平成 13 年 4 月 2 日 ～ 平成 13 年 4 月 6 日  
                          試験終了日    平成 13 年 12 月 7 日

## 10. 保管:

~~試験計画書、生データ、記録文書および試験報告書は、試験報告書作成後10年間、(株)東レリサーチセンター名古屋研究部の保管施設に保管する。その後の保管については試験委託者と協議のうえ決定する。~~

**訂正**

## Ⅱ. 変更項目, 変更時期及び変更理由

頁(行)	変更前	変更後	変更時期	変更理由
P.5 (下から4行)	10. 保管: 試験計画書、生データ、記録文書および 試験報告書は、試験報告書作成後10年 間、株式会社 東レリサーチセンター名古屋 研究部の保管施設に保管する。その後 の保管については試験委託者と協議のうえ 決定する。	10. 保管: 試験計画書、生データ、記録文書および 試験報告書は、試験報告書作成後10年 間、株式会社 東レリサーチセンター名古屋 研究部の保管施設あるいは当社研究部の 査察・監査のもとに外部保管施設である株 式会社ワンビシアーカイブズに保管する。そ の後の保管については試験委託者と協議の うえ決定する。	2002 年 7 月	今後、当研究部試資料保管施設 の保管容量が不足するため、外部 保管施設である株式会社ワンビシアー カイブズを利用する。

## 目 次

	頁
要 旨.....	7
1 被験物質.....	8
1.1 名称、構造式および物理化学的性状 .....	8
1.2 供試試料 .....	8
1.3 被験物質の確認、保管方法および保管条件下での安定性 .....	8
2 供試生物.....	9
3 試験方法.....	9
3.1 試験条件 .....	9
3.2 希釈水 .....	10
3.3 試験容器および恒温槽等 .....	10
3.4 試験濃度の設定 .....	10
3.5 試験液の調製 .....	10
3.6 試験液の分析 .....	10
3.7 試験操作 .....	11
4 結果の算出 .....	11
5 結果および考察 .....	12
5.1 試験成績の信頼性に影響を及ぼしたと思われる環境要因 .....	12
5.2 試験水中の被験物質濃度 .....	12
5.3 半数致死濃度(LC50) .....	12
5.4 0%死亡最高濃度および100%死亡最低濃度 .....	12
5.5 毒性症状 .....	12
5.6 試験水のpH、溶存酸素濃度および水温.....	12
Table 1～8.....	13～19
Figure 1.....	20
付属資料－1 希釈水の水質	
付属資料－2 試験液の分析方法	

## 要 旨

### 試験委託者

環境省

### 表 題

サリチル酸のヒメダカ (*Oryzias latipes*) に対する急性毒性試験

### 試験番号

NMMP/E00/4010

### 試験方法

本試験は、OECD 化学品テストガイドライン No.203「魚類毒性試験」(1992年)に準拠して実施した。

被験物質	: サリチル酸
方式	: 半止水式(24時間換水)
供試生物	: ヒメダカ ( <i>Oryzias latipes</i> )
試験濃度	: 対照区、5.3mg/L、9.5mg/L、17.1mg/L、30.9mg/L、55.6mg/L、100.0mg/L およびpH調整(中和)した100.0mg/L (設定濃度)
曝露期間	: 96 時間
試験液量	: 3.0L
生物数	: 10 尾/濃度区
照明	: 室内光、16 時間明/8 時間暗
エアレーション	: なし
温度	: 24±1℃

### 結 果

試験の結果、サリチル酸の実測濃度の幾何平均値に基づく96時間の半数致死濃度(LC50)は39.0mg/Lであり、その95%信頼区間は30.9～55.6mg/Lであった。

pH調整(中和)した試験液では96時間の半数致死濃度(LC50)は>100.0mg/Lであった。




## 1 被験物質

## 1.1 名称、構造式および物理化学的性状

名 称 : サリチル酸

別名 : 2-ヒドロキシ安息香酸、識別符号:SCA、CAS:69-72-7

構造式 :



分子式 :  $C_7H_6O_3$

分子量 : 138.12

融点 :  $158^{\circ}\text{C}$

沸点 :  $211^{\circ}\text{C} / 20\text{mmHg}$

水への溶解度 :  $2240\text{mg/L}(25^{\circ}\text{C})$

1-オクタノール／水 分配係数(logP) : 2.26

pKa : 2.97

蒸気圧 :  $8.2\text{E-}5\text{ mmHg}(25^{\circ}\text{C})$

[上記の数値は、次のデータベースから引用した]

TOXNET : National Library of Medicine (Toxicology Data Network)

ICSC : International Chemical Safety Cards

SRC : SRC PhysProp Database (Syracuse Research Corporation)

## 1.2 供試試料

純度 : 99.8%

ロット番号 : GI01

供給者 : XXXXXXXXXX

供給量 :  $25\text{g} \times 4\text{本}$

入手日 : 平成12年10月16日

外観 : 白色針状結晶

## 1.3 被験物質の確認、保管方法および保管条件下での安定性

## 1) 保管方法

被験物質は試料保管冷蔵庫で光を遮断して保管した。

## 2) 被験物質の確認および保管条件下での安定性

入手した被験物質について赤外吸収スペクトル、NMRスペクトルの測定および高速液体クロマトグラフ分析を行い、被験物質の構造と矛盾が認められないことおよび純度を確認した。試験終了時にも同様に測定・分析し、試験開始前に測定・分析した結果と比較したところ、差は認められなかった。

従って、被験物質は当研究部の試料保管庫に保管中は安定であったと判断された。

## 2 供試生物

試験に使用したヒメダカ (*Oryzias latipes*) を下記に示した。供試魚の体長(被鱗体長)は  $2.0 \pm 0.5$  cm であった。

- 1) 一般名 : ヒメダカ
- 2) 学名 : *Oryzias latipes*
- 3) 体長 : 2.23 cm (2.03~2.45cm)、n=10
- 4) 体重 : 0.1991 g (0.1652~0.2504g)、n=10
- 5) ロット番号 : メ受 010117
- 6) 購入先 : 愛知県弥富地区養魚場
- 7) 購入日 : 平成13年1月17日

## 馴化

試験条件と同条件(水質、温度等)で12日間以上、飼育馴化した。餌は市販のテトラミンを与えた。暴露開始の24時間前からは給餌しなかった。試験には健康で肉眼的に正常な個体を使用した。暴露開始前7日間の死亡率は 1.0% であった。また、供試魚の基準物質(硫酸銅(Ⅱ)五水和物、試薬特級)による急性毒性試験の結果、96時間LC50は 0.46mg/L であった。

## 3 試験方法

### 3.1 試験条件

- 1) 方式 : 半止水式(24時間換水)
- 2) 温度 :  $24 \pm 1$  °C
- 3) 曝露期間 : 96 時間
- 4) 生物数 : 10 尾/濃度区
- 5) 試験液量 : 3.0L
- 6) 連数 : 1濃度区につき1連
- 7) 給餌 : なし
- 8) エアレーション : なし
- 9) 照明 : 室内光、16 時間明/8 時間暗

### 3.2 希釈水

名古屋市水道水を活性炭に通し脱塩素して用いた。

希釈水の主な水質として、硬度が 37.0mg/L (CaCO<sub>3</sub>換算)、pHが6.7であった。

[付属資料－1(p.21)]

### 3.3 試験容器および恒温槽等

試験容器 : 3L容ガラスビーカー

恒温槽 : 恒温水槽および水循環装置(ヤマト科学 クールライン CL100)

pH計 : 堀場製作所 カスタニーLAB pHメーター F-22

水温計 : pH計内蔵温度計(堀場製作所 カスタニーLAB pHメーター F-22)

溶存酸素計 : 東亜電波 DOメーター DO-14P

### 3.4 試験濃度の設定

予備試験の結果、96時間半数致死濃度(LC50)は55.9mg/Lであり、0%死亡最高濃度が25.0mg/L、100%死亡最低濃度が125.0mg/Lであった。この結果を参考にして、濃度公比1.8で5.3mg/L、9.5mg/L、17.1mg/L、30.9mg/L、55.6mg/L、100.0mg/Lの6濃度区およびpH調整(中和)した100.0mg/Lの1濃度区を設定した。

### 3.5 試験液の調製

- 1) 被験物質 3000mg/L 水溶液を希釈水に添加し、設定濃度の試験液を必要量調製した。
- 2) 希釈水のみを対照区を設けた。
- 3) 試験液の状態(外観等)を観察した。無色透明で沈殿等は見られなかった。

### 3.6 試験液の分析

試験開始時および24時間後に各試験水槽より試験水(1.0mL)を採取し、高速液体クロマトグラフ法により分析した。試験水の分析に際しては、試料測定日毎に標準溶液2.0mg/Lの測定を行い、検量係数を求めて被験物質濃度を測定した。

詳細は付属資料－2(p.23)に示した。

### 3.7 試験操作

暴露開始時に供試魚と同水槽で馴養した魚10尾の重量および被鱗体長を測定した。暴露期間中給餌は行わなかった。

各試験水槽の試験液のpH、溶存酸素濃度、水温を測定後、試験水槽中に供試魚を1濃度区当り10尾投入した。pH、溶存酸素濃度、水温は暴露期間中毎日1回測定した。

暴露開始後、24、48、72および96時間後に死亡個体数を記録するとともに観察された毒性の徴候或いは異常を記録した。記載する症例と定義は下記\*に従った。その他特異的症例(背曲がり、出血、体色変化、粘液の分泌等)については観察された場合に別途具体的に記載する。死亡個体を発見した場合、水質の悪化が起こらないよう速やかに取り除く。

#### \*一般的症例と定義

死亡 : 刺激を与えた場合に反応の認められないもの。

異常呼吸 : 対照区の魚と比較して鰓蓋の動きが異なるもの。

異常遊泳 : 明らかに対照区の魚と異なる遊泳をしたもの。動作の緩慢、過敏、痙攣、反転等

遊泳不能 : 底部または水面で動いてはいるものの、水中を遊泳することが不可能なもの。

横転、仮死を含む。

### 4 結果の算出

各濃度区での死亡数と供試個体数(10尾)から死亡率(%)を算出し、Binomial法により半数致死濃度(LC50)および、その95%信頼限界を算出した。

Binomial法は米国EPAで開発されたTOXDAT Multi-Method Programの計算式を利用して計算した。

## 5 結果および考察

### 5.1 試験成績の信頼性に影響を及ぼしたと思われる環境要因

なし。

### 5.2 試験水中の被験物質濃度

試験開始時および24時間後に試験水中の被験物質濃度を測定した。試験開始時の被験物質濃度は5.1～96.6mg/Lであり、試験開始後24時間の被験物質濃度は5.0～97.3mg/Lであった。設定濃度(5.3～100.0mg/L)に対する実測濃度の割合は86.3～98.8%であった。実測濃度が設定濃度の±20%以内であったので試験結果の算出には設定濃度を用いた。

[Table 1(p.13), 付属資料-2(p.23)]

### 5.3 半数致死濃度(LC50)

サリチル酸に96時間暴露したヒメダカの死亡率は最低濃度区(5.3mg/L)で、0%であり、最高濃度区(100.0mg/L)で100%であった。対照区の死亡率は0%であった。

サリチル酸の96時間の半数致死濃度(LC50)は39.0mg/Lであり、その95%信頼区間は30.9～55.6mg/Lであった。 [Table 2(p.14), Table 3(p.15), Figure 1(p.20)]

pH調整(中和)した試験液では96時間の半数致死濃度(LC50)は>100.0mg/Lであった。

### 5.4 0%死亡最高濃度および100%死亡最低濃度

サリチル酸に96時間暴露したヒメダカの0%死亡最高濃度は17.1mg/Lであり、100%死亡最低濃度は55.6mg/Lであった。 [Table 4(p.15)]

### 5.5 毒性症状

毒性症状として30.9mg/Lの濃度区で異常遊泳が観察された。対照区および17.1mg/L以下の濃度区では試験期間中に異常な症状は観察されなかった。 [Table 5(p.16)]

### 5.6 試験水のpH、溶存酸素濃度および水温

96時間の試験期間中のpHは3.5～7.1であった。サリチル酸は試験液のpHを低下させ、被験物質濃度の増加と共にpHが低くなった。最高濃度区(100.0mg/L)のpHは3.5であった。対照区のpHは6.9～7.1であり、pH調整(中和)した濃度区はpH6.8～7.1であった。

試験期間中の溶存酸素濃度は6.4～10.6mg/Lであり、すべての試験水槽で飽和溶存酸素濃度の60%以上であった(24.0℃の飽和溶存酸素濃度:8.25mg/L)。96時間の試験期間中の水温は23.3～23.9℃であった。 [Table 6(p.17), Table 7(p.18), Table 8(p.19)]

以 上

Table 1. Measured Concentrations of Salicylic acid During a 96-Hour Exposure of Medaka (*Oryzias latipes*) under Semi-Static Test Conditions

Nominal Concentration (mg/L)	Measured Concentration (mg/L)			Percent of Nominal	
	0 Hour new	24 Hour old	Geometric Mean	0 Hour new	24 Hour old
Control	<0.004	<0.004	–	–	–
5.3	5.1	5.0	5.0	96.2	94.3
9.5	8.2	9.3	8.7	86.3	97.9
17.1	16.2	16.9	16.5	94.7	98.8
30.9	30.0	30.2	30.1	97.1	97.7
55.6	53.7	54.5	54.1	96.6	98.0
100.0	96.6	97.3	96.9	96.6	97.3
100.0 *	96.6	99.3	97.9	96.6	99.3

\* : neutralized test solution

new : freshly prepared test solutions

old : test solutions after 24 hours exposure period

Table 2. Mortality of Medaka (*Oryzias latipes*) Exposed to Salicylic acid under Semi-Static Test Conditions

Nominal Concentration (mg/L)	Cumulative Numbers of Dead (Percent Mortality)			
	24 Hour	48 Hour	72 Hour	96 Hour
Control	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
5.3	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
9.5	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
17.1	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
30.9	0 ( 0 )	1 ( 10 )	1 ( 10 )	1 ( 10 )
55.6	10 ( 100 )	--a ( --a )	--a ( --a )	--a ( --a )
100.0	10 ( 100 )	--a ( --a )	--a ( --a )	--a ( --a )
100.0 *	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )

\* : neutralized test solution

a : No observation was made because all Medaka were dead at this observation time.

Table 3. Calculated LC50 Values for Medaka (*Oryzias latipes*) Exposed to Salicylic acid Based on Nominal Concentrations under Semi-Static Test Conditions

Exposure Period (Hour)	LC50 (mg/L)	95-Percent Confidence Limits (mg/L)	Statistical Method
24	41.4 ( >100.0)	30.9 ~ 55.6	Binomial
48	39.0 ( >100.0)	30.9 ~ 55.6	Binomial
72	39.0 ( >100.0)	30.9 ~ 55.6	Binomial
96	39.0 ( >100.0)	30.9 ~ 55.6	Binomial

( ) : neutralized test solution

Table 4. Observation of Highest Concentration in 0% Mortality and Lowest Concentration in 100% Mortality Values

Exposure Period (Hour)	Highest Concentration in 0% Mortality (mg/L)	Lowest Concentration in 100% Mortality (mg/L)
24	30.9 ( >100.0)	55.6
48	17.1 ( >100.0)	55.6
72	17.1 ( >100.0)	55.6
96	17.1 ( >100.0)	55.6

( ) : neutralized test solution



Table 5. Symptoms of Toxicity Observed in Medaka (*Oryzias latipes*) Exposed to Salicylic acid under Semi-Static Test Conditions

Nominal Concentration (mg/L)	Symptoms			
	24 Hour	48 Hour	72 Hour	96 Hour
Control	0	0	0	0
5.3	0	0	0	0
9.5	0	0	0	0
17.1	0	0	0	0
30.9	C-1	0	0	0
55.6	--a	--a	--a	--a
100.0	--a	--a	--a	--a
100.0 *	0	0	0	0

\* : neutralized test solution

0 : normal

A : abnormal respiration

B : abnormal swimming behaviour

C : loss of equilibrium or swimming ability

D : other symptoms

(n) : numbers of fish

a : No observation was made because all Medaka were dead at this observation time.

Table 6. pH Values During a 96-Hour Semi-Static Exposure of Medaka (*Oryzias latipes*) to Salicylic acid

Nominal Concentration		pH				
(mg/L)		0 Hour	24 Hour	48 Hour	72 Hour	96 Hour
Control	new	7.1	7.1	7.1	7.1	—
	old	—	7.0	6.9	7.0	7.0
5.3	new	7.0	6.9	6.9	6.9	—
	old	—	6.9	6.9	6.9	6.9
9.5	new	6.8	6.7	6.7	6.8	—
	old	—	6.8	6.8	6.8	6.9
17.1	new	6.4	6.4	6.4	6.5	—
	old	—	6.7	6.6	6.7	6.7
30.9	new	5.8	5.9	5.9	5.8	—
	old	—	6.3	6.1	6.2	6.2
55.6	new	4.0	—a	—a	—a	—
	old	—	4.1	—a	—a	—a
100.0	new	3.5	—a	—a	—a	—
	old	—	3.5	—a	—a	—a
100.0 *	new	7.0	7.0	7.0	7.1	—
	old	—	6.8	6.8	6.9	6.9

\* : neutralized test solution

new : freshly prepared test solutions

old : test solutions after 24 hours exposure period

a : No observation was made because all Medaka were dead at this observation time.

Table 7. Dissolved Oxygen Concentrations During a 96-Hour Semi-Static Exposure of Medaka (*Oryzias latipes*) to Salicylic acid

Nominal Concentration (mg/L)		Dissolved Oxygen Concentration(mg/L)				
		0 Hour	24 Hour	48 Hour	72 Hour	96 Hour
Control	new	10.6	10.3	10.3	10.0	–
	old	–	6.6	6.7	6.9	7.2
5.3	new	10.6	10.4	10.3	9.8	–
	old	–	6.5	6.6	6.9	7.2
9.5	new	10.6	10.4	10.4	9.8	–
	old	–	6.8	6.8	7.1	7.3
17.1	new	10.6	10.4	10.4	10.2	–
	old	–	6.4	6.5	6.8	7.2
30.9	new	10.6	10.4	10.4	10.1	–
	old	–	6.4	6.5	6.7	7.2
55.6	new	10.6	—a	—a	—a	–
	old	–	9.1	—a	—a	—a
100.0	new	10.6	—a	—a	—a	–
	old	–	9.5	—a	—a	—a
100.0 *	new	10.5	10.2	10.4	10.1	–
	old	–	6.7	6.6	7.0	7.4

\* : neutralized test solution

new : freshly prepared test solutions

old : test solutions after 24 hours exposure period

a : No observation was made because all Medaka were dead at this observation time.

Table 8. Temperature Values During a 96-Hour Semi-Static Exposure of Medaka (*Oryzias latipes*) to Salicylic acid

Nominal Concentration		Temperature(°C)				
(mg/L)		0 Hour	24 Hour	48 Hour	72 Hour	96 Hour
Control	new	23.4	23.6	23.3	23.6	—
	old	—	23.8	23.4	23.7	23.9
5.3	new	23.5	23.7	23.4	23.6	—
	old	—	23.8	23.5	23.7	23.9
9.5	new	23.5	23.7	23.4	23.5	—
	old	—	23.8	23.5	23.7	23.9
17.1	new	23.5	23.7	23.4	23.5	—
	old	—	23.8	23.5	23.7	23.9
30.9	new	23.5	23.7	23.3	23.5	—
	old	—	23.8	23.5	23.6	23.9
55.6	new	23.5	— <sup>a</sup>	— <sup>a</sup>	— <sup>a</sup>	—
	old	—	23.8	— <sup>a</sup>	— <sup>a</sup>	— <sup>a</sup>
100.0	new	23.5	— <sup>a</sup>	— <sup>a</sup>	— <sup>a</sup>	—
	old	—	23.7	— <sup>a</sup>	— <sup>a</sup>	— <sup>a</sup>
100.0 *	new	23.3	23.6	23.3	23.5	—
	old	—	23.7	23.4	23.6	23.8

\* : neutralized test solution


new : freshly prepared test solutions

old : test solutions after 24 hours exposure period

a : No observation was made because all Medaka were dead at this observation time.

Figure 1. Concentration-Response Curve of Salicylic acid

Mortality in Medaka



## 付属資料一1

希釈水の水質

(全1頁)

## Water Quality of Dilution Water

Parameter	Concentration
BOD	1.4 mg/L
COD	2.0 mg/L
pH	6.7
Coliform group bacteria	N.D.
Mercury	<0.003 mg/L
Copper	<0.005 mg/L
Cadmium	<0.02 mg/L
Zinc	<0.03 mg/L
Lead	<0.2 mg/L
Chromium	<0.05 mg/L
Iron	0.05 mg/L
Free chlorine	<0.05 mg/L
Fluoride	<0.10 mg/L
Ammonium ion	<0.1 mg/L
Arsenic	<0.001 mg/L
Evaporation residue	46 mg/L
Electric conductivity	7.6 mS/m
Total hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	37.0 mg/L
Alkalinity	12.7 mg/L
Total organophosphorus compounds	<0.001 mg/L
Simazin	<0.0003 mg/L
Herbicide Thiobencarb	<0.002 mg/L
Fungicide Thiuram	<0.0006 mg/L

## 付属資料－2

試験液の分析方法

(全6頁)



## 試験液の分析方法

### 1 試験液の分析方法

各試験容器より試験液 1.0mL をバイアル瓶に採取する。

試験液の濃度が 2.0mg/L を越える場合は、蒸留水で 2.0mg/L 以内に希釈する。

HPLCのオートサンプラーにセットして一定量を自動注入する。

検量線から被験物質濃度を求める。

### 2 高速液体クロマトグラフィー (HPLC) 測定条件

カラム : Mightysil RP-18、2.0mm  $\phi$   $\times$  100mm

カラム温度 : 40°C

検出波長 : 306nm

注入量 : 20  $\mu$  L

移動相 : 10%酢酸/アセトニトリル = 75/25

流量 : 0.2mL/min

### 3 検量線

標準原液を希釈して、定量限界付近から予想測定濃度が含まれる5ポイントの標準液を測定し、直線性を確認した。 [ Figure 1(p.25)]

測定日毎に標準溶液(1ポイント)の測定を行い、この検量線により定量した。

### 4 添加回収試験

希釈水に標準原液もしくはこれを希釈して調製した標準液の一定量を添加して回収率を求めた。

サリチル酸 1.0mg/L の回収率は99.8%であった。

### 5 クロマトグラム

代表的ないくつかのクロマトグラムを示した。

[Figure 2(p.26～p.31)]

Figure 1 Calibration Curve of Salicylic acid by HPLC Analysis

Input Data

No.	Concentration	Peak Area
	(mg/L)	(mAU·sec)
1	0.01	1.6455
2	0.05	5.7001
3	0.10	11.3196
4	1.00	120.5165
5	2.00	240.0043

$$X(\text{Concentration}) = Y(\text{Peak Area}) / 120.0891$$

$$r^2 = 1.0000$$

$r^2$  : Coefficient of correlation





Figure 2 Representative chromatograms

(1) Standard 2.0 mg/L ; 0-hour



(2) Standard 2.0 mg/L ; 24-hour





Figure 2 Continued

(3) Control ; 0-hour



(4) Control ; 24-hour





Figure 2 Continued

(5) 5.3 mg/L nominal; 0-hour (diluted to 0.53 mg/L)



(6) 5.3 mg/L nominal; 24-hour (diluted to 0.53 mg/L)





Figure 2 Continued

(7) 17.1 mg/L nominal; 0-hour (diluted to 1.71 mg/L)



(8) 17.1 mg/L nominal; 24-hour (diluted to 1.71 mg/L)





Figure 2 Continued

(9) 100.0 mg/L nominal; 0-hour (diluted to 1.00 mg/L)



(10) 100.0 mg/L nominal; 24-hour (diluted to 1.00 mg/L)





Figure 2 Continued

(10) 100.0 mg/L nominal neutralized test solution; 0-hour (diluted to 1.00 mg/L)



(11) 100.0 mg/L nominal neutralized test solution; 24-hour (diluted to 1.00 mg/L)

