

認定プログラムの名称	ASNITE認定プログラム
認定番号	ASNITE 0033C
初回認定日	2009年8月31日
最新交付日	2017年3月23日
認定された事業所の名称及び所在地	株式会社堀場テクノサービス 品質CSR推進室 〒601-8305 京都府京都市南区吉祥院宮の東町2番地 法人番号 9130001011677
問い合わせ窓口	品質CSR推進室 Tel: 075-313-8125 FAX: 075-321-5647
備考	当該認定事業者は、校正事業者として ISO/IEC 17025:2005(JIS Q 17025:2005)に適合しています。

校正事業者の認定区分：排出ガス測定装置

認定に係る区分における初回認定年月日：平成21年8月31日

認定に係る区分における最新認定年月日：排出ガス測定装置 [平成29年3月23日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：現地校正

種類	校正範囲		最高測定能力 (信頼の水準 約 95 %)		
排出ガス分析計/ CVS 装置	校正曲線	THC 計	0 ppmC ~ 5000 ppmC	1.3 %	※10 ppmC
		HC 計	0 ppm ~ 10000 ppm		※100 ppm
		CH <sub>4</sub> 計	0 ppm ~ 5000 ppm		※1 ppm
		CO 計	0 % ~ 20 %		※50 ppm
		CO <sub>2</sub> 計	0 % ~ 20 %		※300 ppm
		NO <sub>x</sub> 計	30 ppm ~ 5000 ppm	1.3 %	※30 ppm
			0 ppm ~ 30 ppm	1.7 %	※1 ppm
		O <sub>2</sub> 計	0 % ~ 25 %	1.3 %	※1 %
		N <sub>2</sub> O 計	0 ppm ~ 2000 ppm		※100 ppm
		NH <sub>3</sub> 計	0 ppm ~ 2000 ppm	1.7 %	※50 ppm
	SO <sub>2</sub> 計	50 ppm ~ 5000 ppm	1.3 %	※50 ppm	
0 ppm ~ 50 ppm		1.9 %	※20 ppm		
プロパン ショット	CVS 流量 3 m <sup>3</sup> /min ~ 50 m <sup>3</sup> /min		1.5 %		
ドライバズエイド	直線性	0 km/h ~ 130 km/h		0.09 km/h	
記録計	直線性	0 V ~ 1 V		0.19 %	
	記録紙 送り時間	600 mm/min		0.14 %	
エバポ測定装置	校正曲線	THC 計	0 ppmC ~ 500 ppmC	1.3 %	※10 ppmC
	容積 チェック	容積 0 m <sup>3</sup> ~ 100 m <sup>3</sup>		1.6 %	
シャシダイナモ メータ	エンジン 回転計	表示	0 r/min ~ 10000	0.007 %F. S.	
		出力	r/min	0.09 %F. S.	
	速度計	表示	0 km/h ~ 160 km/h	0.069 %F. S.	
		出力		0.052 %F. S.	
	車速追従 ファン	20 km/h ~ 130 km/h		6.5 km/h	
	制/駆動 力計	表示	0 N ~ 10000 N	0.02 %F. S.	
出力		0.08 %F. S.			

※ただし、記載の最小フルスケールまで。