

認定プログラムの名称	ASNITE 認定プログラム
認定番号及び付加情報	ASNITE 0082 T
初回認定日	2013年4月 8日
最新交付日	2018年5月23日
認定された事業所の名称 及び所在地	富士フイルム和光純薬株式会社 大阪工場 〒661-0963 兵庫県尼崎市高田町6番1号 法人番号 7120001077597
問い合わせ窓口	Tel: 06-6499-1501 Fax: 06-6494-1743
備考	当該認定事業者は、試験事業者として、ISO/IEC 17025:2005(JIS Q 17025:2005)に適合しています。

認定区分			試験項目／試験対象	試験規格番号
カテゴリー	サブカテゴリー	試験技術		
化学製品	無機	容量分析 (滴定法)	1 mol/L 塩酸	JIS K 8001 JA.6.4 e) 2) *1
			0.1 mol/L 塩酸	JIS K 8001 JA.6.4 e) 6) *1
			0.5 mol/L 硫酸	JIS K 8001 JA.6.4 y) 1) *1
			0.05 mol/L 硫酸	JIS K 8001 JA.6.4 y) 4) *1
			1 mol/L 水酸化ナトリウム溶液	JIS K 8001 JA.6.4 r) 1) *1
			0.1 mol/L 水酸化ナトリウム溶液	JIS K 8001 JA.6.4 r) 4) *1
			0.1 mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液	JIS K 8001 JA.6.4 t) 2) *1
			0.1 mol/L 硝酸銀溶液	JIS K 8001 JA.6.4 n) *1
			0.005 mol/L 過マンガン酸カリウム溶液	JIS K 0102 17. a) 5) *2
			1 mol/L 水酸化ナトリウム液	第十七改正日本薬局方一般試験法 9.21
			0.1 mol/L 水酸化ナトリウム液	第十七改正日本薬局方一般試験法 9.21
			0.02 mol/L 過マンガン酸カリウム液	第十七改正日本薬局方一般試験法 9.21

【一部変更内容】

*1 JIS K 8001 JA.6.4 滴定用溶液の調製、標定及び計算

滴定用溶液の調製方法を以下の方法に変えて行う。

「滴定用溶液の調製において、JIS に規定する水を加えて 1000 mL とする手順に変えて工業的に大スケールでの調製を行い、標定手順のみ当該 JIS の各項目に従い実施する。」

*2 JIS K 0102 17. a) 5) 標定

標定操作において、同一条件で空試験を行い滴定量の補正を行う。

(以 上)