

JCSSトレーサビリティ体系:放射線の例



産業技術総合研究所
(特定標準器)

国家計量標準
(平行平板型自由空気電離箱式照射線量測定設定装置、
グラファイト壁空洞電離箱式照射線量設定装置、外挿電離箱、
グラファイトカロリメータ、密封小線源カーマ率設定装置)

JCSS
校正証明書

登録/認定事業者
(特定二次標準器)

二次標準
(軟X線用電離箱式照射線量計、中硬X線用電離箱式照射線量計、
 γ 線用電離箱式照射線量計、水吸収線量用電離箱式線量計、
 β 線測定器、 β 線照射装置、井戸型電離箱式線量計)

JCSS標章付校正証明書

登録/認定事業者
(常用参照標準器等)

常用参照標準/ワーキングスタンダード
(電離箱式照射線量計、 γ 線・X線用線量計、 γ 線源、
 γ 線照射装置、電離箱式水吸収線量計、 β 線測定器)

JCSS
校正証明書

JCSS
校正証明書

ユーザ
(現場計測器)

一般計測機器
(サーベイメータ、個人線量計、X線発生装置、X線測定器、
照射線量計、 γ 線測定器、 γ 線照射装置、水吸収線量計、
 β 線照射装置、井戸型電離箱式線量計)

JCSS認定シンボル 又は
JCSS標章付校正証明書


JCSSトレーサビリティ体系:放射能の例



産業技術総合研究所
(特定標準器)




登録/認定事業者
(特定二次標準器)




JCSS標章付校正証明書

登録/認定事業者
(常用参照標準器等)



ユーザ
(現場計測器)




JCSS認定シンボル 又は
JCSS標章付校正証明書


JCSSトレーサビリティ体系: 中性子の例




産業技術総合研究所
(特定標準器)



登録/認定事業者
(特定二次標準器)



ユーザ
(現場計測器)



JCSS標章付校正証明書



JCSS認定シンボル 又は
JCSS標章付校正証明書