

認定プログラムの名称	ASNITE 認定プログラム
認定番号及び付加情報	ASNITE 0006 R
初回認定日	2003年4月1日
最新交付日	2015年4月14日
認定された事業所の名称及び所在地	一般社団法人検査医学標準物質機構 生化学基準測定施設： 神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号 新江田基準測定施設： 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南1-3-3 製品センター： 神奈川県川崎市高津区上作延533-1 法人番号 4020005008495
問い合わせ窓口	Tel: 044-813-0055 Fax: 044-813-0224
備考	当該認定事業者は、標準物質生産者として ISO ガイド 34:2009 (JIS Q 0034:2012)に適合しています。

(別 紙)

標準物質生産者の認定の区分： 生物及び臨床標準物質

分類	種 類	特性名	認証値の 範囲	拡張不確か さの範囲 ( $k=2$ )	認定年月日
臨床化学 標準物質	コレステロール 測定用標準物質	総コレステロール * <sup>1</sup>	4.5～7.8 mmol/L	0.02～0.04 mmol/l	2003年4月1日
	HbA1c 測定用標準物質	HbA1c* <sup>1</sup>	20～140 mmol/mol	0.5 ～ 3.0 mmol/mol	2008年3月27日
	コレステロール 測定用標準物質	HDL- コレステロール* <sup>2</sup>	20～140 mg/dL	0.2 ～ 2.5 mg/dL	
	コレステロール 測定用標準物質	LDL- コレステロール* <sup>2</sup>	50 ～300 mg/dL	0.5 ～ 5.0 mg/dL	
	クレアチニン 測定用標準物質	クレアチニン* <sup>1</sup>	0.4～7.0 mg/dL	0.01～0.20 mg/dL	2014年3月25日

(以 上)