

登録プログラムの名称	JCSS
登録番号	JCSS0012
初回登録日	1994年3月1日
最新交付日	2015年12月17日
登録された事業所の名称 及び所在地	ジャパンファインプロダクツ株式会社 小山工場 〒323-0819 栃木県小山市大字横倉新田 498 法人番号 3020001079566
問い合わせ窓口	製造部 Tel: 0285-27-3840 FAX: 0285-27-7377
登録規格	ISO/IEC 17025:2005 (校正)
区分	別紙のとおり

登録に係る区分：濃度

法律に基づく初回認定年月日又は初回登録年月日：平成6年3月1日

校正手法の区分の呼称[登録更新年月日]：標準ガス[平成27年12月28日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の 区分の呼称	種類	校正範囲	最高測定能力※ (信頼の水準 約95%)
標準ガス	メタン標準ガス [空気希釈]	1 vol ppm 以上 50 vol ppm 以下	1.0 %
	プロパン標準ガス [空気希釈]	3.5 vol ppm 以上 500 vol ppm 以下	1.0 %
	プロパン標準ガス [窒素希釈]	150 vol ppm 以上 1.5 vol % 以下	1.0 %
	一酸化炭素標準ガス [窒素希釈]	3 vol ppm 以上 50 vol ppm 以下	1.5 %
		50 vol ppm 超 15 vol % 以下	1.0 %
	二酸化炭素標準ガス [窒素希釈]	300 vol ppm 以上 16 vol % 以下	1.0 %
	一酸化窒素標準ガス [窒素希釈]	0.5 vol ppm 以上 1 vol ppm 以下	5.0 %
		1 vol ppm 超 30 vol ppm 以下	1.5 %
		30 vol ppm 超 5 vol % 以下	1.0 %
	二酸化窒素標準ガス [空気希釈]	5 vol ppm 以上 50 vol ppm 以下	5.0 %
	酸素標準ガス [窒素希釈]	1 vol % 以上 25 vol % 以下	1.0 %
	二酸化硫黄標準ガス [窒素希釈]	0.5 vol ppm 以上 1 vol ppm 以下	5.0 %
		1 vol ppm 超 50 vol ppm 以下	1.5 %
50 vol ppm 超 1 vol % 以下		1.0 %	

※ 最高測定能力は値付け濃度に対する相対値である。