

認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定番号	JCSS0026
初回認定日	1994 年 3 月 1 日
最新交付日	2017 年 5 月 9 日
認定された事業所の名称 及び所在地	コニカミノルタ株式会社 産業光学システム事業本部 センシング事業部 品質保証部 〒590-8551 大阪府堺市堺区大仙西町三丁 9 1 番地 法人番号 5010001084367
問い合わせ窓口	センシング事業部 販売部 機器サービスグループ Tel: 072-241-3605 FAX: 072-241-3610
認定規格	ISO/IEC 17025:2005（校正）
区分	別紙のとおり

登録に係る区分：光

法律に基づく初回登録（認定）年月日：平成6年3月1日

国際MRA対応初回認定年月日：平成6年3月1日

校正手法の区分の呼称[登録更新年月日]：光度標準電球等[平成26年12月27日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の区分の呼称	種類	校正範囲	最高測定能力 (信頼の水準 約95%)
光度標準電球等	光度標準光源(タングステンランプ)及び光度測定器	10 cd 以上 3000 cd 以下	1.2 %
	照度標準光源(タングステンランプ)及び照度測定器	1 lx 以上 100 000 lx 以下	1.2 %
	分光放射照度標準光源(タングステンランプ)及び分光放射照度測定器	250 nm 以上 450 nm 以下	5.4 %
		450 nm 超 600 nm 以下	3.4 %
		600 nm 超 830 nm 以下	4.2 %
		830 nm 超 2500 nm 以下	6.6 %
分布温度標準器(分布温度標準電球、分布温度測定器)	2000 K 以上 3200 K 以下	18 K	