

認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定識別	JCSS 0073 Calibration
認定された適合性評価機関 の名称	株式会社テクノオプティス カスタマーサポート部 計量校正グループ
法人の名称	株式会社テクノオプティス 法人番号 3011401004726
問い合わせ窓口	カスタマーサポート部 計量校正グループ TEL : 03-3558-2710 FAX : 03-3558-3011



International Accreditation Japan

認定した校正機関の情報

情報更新年月日：2026 年 8 月 14 日

認 定 識 別： JCSS 0073 Calibration

校正機関の名称： 株式会社テクノオプティス

カスタマーサポート部 計量校正グループ

校正機関の所在地： 東京都板橋区坂下二丁目 4 番 1 号

Imas Itabashi BASE 4 階

法 人 の 名 称： 株式会社テクノオプティス

適合を確認した認定基準： ISO/IEC 17025:2017

認定の有効期限： 2030 年 8 月 13 日

登録（認定）に係る区分：光

法律に基づく初回登録年月日：1997 年 3 月 19 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：1997 年 3 月 19 日

校正手法の区分の呼称 [登録更新（認定発効）年月日]：光度標準電球等 [2026 年 8 月 14 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
光度標準電球等	光度標準光源及び光度測定器 (タングステンランプ)	40 cd 以上 3000 cd 以下	1.1 %
	照度標準光源及び照度測定器 (タングステンランプ、照度計)	0.5 lx 以上 4 lx 未満	1.3 %
		4 lx 以上 40 lx 未満	1.2 %
		40 lx 以上 1000 lx 以下	1.1 %
		1000 lx 超 3000 lx 以下	1.2 %
	分光放射照度標準光源 及び分光放射照度測定器 (タングステンランプ)	250 nm 以上 350 nm 以下	4.9 %
		350 nm 超 450 nm 以下	3.6 %
		450 nm 超 600 nm 以下	3.2 %
		600 nm 超 830 nm 以下	3.5 %
		830 nm 超 850 nm 以下	4.2 %

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。