

認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定識別	JCSS 0082 Calibration
認定された適合性評価機関 の名称	京西テクノス株式会社 計測エンジニアリング本部 キャリブレーションサービス部
法人の名称	京西テクノス株式会社 法人番号 013401005347
問い合わせ窓口	技術／品質サービス部 Tel： 042-204-0022 FAX： 042-204-0023



International Accreditation Japan

認定した校正機関の情報

情報更新年月日：2026 年 4 月 1 日

認 定 識 別： JCSS 0082 Calibration

校正機関の名称： 京西テクノス株式会社

計測エンジニアリング本部

キャリブレーションサービス部

校正機関の所在地： 東京都多摩市愛宕四丁目 25 番 2

法 人 の 名 称： 京西テクノス株式会社

適合を確認した認定基準： ISO/IEC 17025:2017

認定の有効期限： 2029 年 2 月 21 日

登録（認定）に係る区分：電気（高周波）及び電磁界

法律に基づく初回登録年月日：2006 年 9 月 6 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：2009 年 3 月 12 日

校正手法の区分の呼称〔登録更新（認定発効）年月日〕：高周波測定器等〔2025 年 2 月 22 日〕

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
		50 MHz	1 mW	
高周波測定器等	高周波電力測定装置	100 MHz	1 mW	1.4 %
		1 GHz	1 mW	1.4 %
		3 GHz	1 mW	1.5 %

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。