認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定識別	JCSS 0090 Calibration
認定された適合性評価機関の名称	株式会社東京測器研究所　桐生工場
法人の名称	株式会社東京測器研究所 法人番号 6010701006537
問い合わせ窓口	校正課 TEL：0277-52-8481　　FAX：0277-52-8400

International Accreditation Japan

認定した校正機関の情報

情報更新年月日：2026 年 11 月 12 日

認　定　識　別：　JCSS 0090 Calibration

校正機関の名称：　株式会社東京測器研究所 桐生工場

校正機関の所在地：　群馬県桐生市相生町 4 丁目 247

法 人 の 名 称：　株式会社東京測器研究所

適合を確認した認定基準：　ISO/IEC 17025:2017

認定の有効期限：　2027 年 4 月 26 日

登録（認定）に係る区分：電気（直流・低周波）
法律に基づく初回登録年月日：2026 年 11 月 12 日
国際 MRA 対応初回認定発効日：2026 年 11 月 12 日
校正手法の区分の呼称［登録（認定発効）年月日］：直流・低周波測定器等［2026 年 11 月 12 日］
恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正
校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ（信頼の水準約 95 %）
直流・低周波測定器等	直流電圧発生装置	100 mV	1.6 μV
		1 V	6.5 μV
		2 V	14 μV
		4 V	26 μV
		5 V	32 μV
		6 V	38 μV
		10 V	62 μV
	直流電圧測定装置	100 mV	1.6 μV
		1 V	6.5 μV
		2 V	13 μV
		4 V	25 μV
		5 V	31 μV
		6 V	38 μV
		10 V	62 μV

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録（認定）に係る区分：力
法律に基づく初回登録年月日：2000 年 12 月 21 日
国際 MRA 対応初回認定発効日：2000 年 12 月 21 日
校正手法の区分の呼称［登録更新（認定発効）年月日］：力計［2023 年 4 月 27 日］
恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正
校正測定能力

校正手法の区分の呼称	種類	校正範囲		拡張不確かさ（信頼の水準約 95 %）
力計	参照用力計（JIS B 7728 による方法）	圧縮力	50 N 以上 5 kN 以下	0.012 %
			500 N 以上 20 kN 以下	0.012 %
			1 kN 以上 50 kN 以下	0.012 %
			5 kN 以上 200 kN 以下	0.013 %
			20 kN 以上 1 MN 以下	0.018 %
			25 kN 以上 2 MN 以下 100 kN 以上 2 MN 以下	0.033 % 0.020 %
			200 kN 以上 10 MN 以下	0.020 %
		引張力	50 N 以上 5 kN 以下	0.012 %
			500 N 以上 20 kN 以下	0.012 %
			1 kN 以上 50 kN 以下	0.012 %
			5 kN 以上 200 kN 以下 10 kN 以上 200 kN 以下	0.043 % 0.020 %
			20 kN 以上 1 MN 以下 40 kN 以上 1 MN 以下	0.023 % 0.019 %