

認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定識別	JCSS 0093 Calibration
認定された適合性評価機関の名称	一般財団法人日本海事協会 認証部
法人の名称	一般財団法人日本海事協会 法人番号 7010005016678
問い合わせ窓口	認証部 試験機部門 TEL : 043-294-5549 FAX : 043-294-5706



International Accreditation Japan

認定した校正機関の情報

情報更新年月日：2026 年 10 月 1 日

認 定 識 別： JCSS 0093 Calibration

校正機関の名称： 一般財団法人日本海事協会 認証部

校正機関の所在地： 千葉県千葉市緑区大野台一丁目 8 番 3 号

法 人 の 名 称： 一般財団法人日本海事協会

適合を確認した認定基準： ISO/IEC 17025:2017

認定の有効期限： 2028 年 3 月 3 日

登録（認定）に係る区分：力

法律に基づく初回登録年月日：2001 年 2 月 20 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：2001 年 2 月 20 日

校正手法の区分の呼称〔登録更新（認定発効）年月日〕：力計、一軸試験機〔2024 年 3 月 4 日〕

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正校正測定能力

校正手法の 区分の呼称	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
力計	参照用力計 (JIS B 7728 (ISO 376) に よる方法)	圧縮力	25 N 以上 1.5 kN 以下	0.014 %
			100 N 以上 5 kN 以下	0.015 %
			1 kN 以上 50 kN 以下	0.023 %
			5 kN 以上 500 kN 以下	0.047 %
			50 kN 以上 5000 kN 以下	0.030 %

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：現地校正校正測定能力

校正手法の 区分の呼称	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
一軸試験機	一軸試験機 (JIS B 7721 (ISO7500- 1) による方法)	圧縮力	1 N 以上 5000 kN 以下	0.26 %
		引張力	1 N 以上 1000 kN 以下	0.26 %

登録（認定）に係る区分：硬さ

法律に基づく初回登録年月日：2006 年 3 月 1 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：2006 年 3 月 1 日

校正手法の区分の呼称〔登録更新（認定発効）年月日〕：ロックウェル硬さ試験機等、ブリネル硬さ試験機等〔2024 年 3 月 4 日〕

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：現地校正校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
ロックウェル硬さ試験機等	ロックウェル硬さ試験機*1	20 HRC	0.80 HRC
		40 HRC	0.68 HRC
		60 HRC	0.85 HRC
ブリネル硬さ試験機等	ブリネル硬さ試験機*2	200 HBW 10/3000	3.5 HBW
		500 HBW 10/3000	6.9 HBW

*1 校正方法は、JIS B 7726 (ISO 6508-2) による。

*2 校正方法は、JIS B 7724 (ISO 6506-2) による。

登録（認定）に係る区分：衝撃値

法律に基づく初回登録年月日：2026 年 10 月 1 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：2026 年 10 月 1 日

校正手法の区分の呼称〔登録（認定発効）年月日〕：シャルピー衝撃値試験機等〔2026 年 10 月 1 日〕

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
シャルピー衝撃値試験機等	シャルピー衝撃値試験片*	20 J 以上 40 J 未満	1.9 J
		40 J 以上 115 J 未満	2.8 J
		115 J 以上 170 J 以下	7.0 J

*校正方法は、JIS B 7740 (ISO148-3)による。