認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定識別	JCSS 0143 Calibration
認定された適合性評価機関の名称	株式会社 ナガノ計装　計測器校正サービスセンター
法人の名称	株式会社 ナガノ計装 法人番号 2010801008718
問い合わせ窓口	品質保証課 TEL：0268-38-8353　　FAX：0268-38-8609

International Accreditation Japan

認定した校正機関の情報

情報更新年月日：2026 年 7 月 23 日

認　定　識　別：　JCSS 0143 Calibration

校正機関の名称：　株式会社ナガノ計装
　　計測器校正サービスセンター

校正機関の所在地：　長野県上田市富士山 2416 番 27

法 人 の 名 称：　株式会社ナガノ計装

適合を確認した認定基準：　ISO/IEC 17025:2017

認定の有効期限：　2027 年 8 月 24 日

登録（認定）に係る区分：圧力
法律に基づく初回登録年月日：2004 年 3 月 15 日
国際 MRA 対応初回認定発効日：2006 年 7 月 5 日
校正手法の区分の呼称［登録又は登録更新（認定発効）年月日］：圧力計［2023 年 8 月 25 日］(*)［2025 年 10 月 30 日］
恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正
校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲			拡張不確かさ（ 信頼の水準約95 % ）
圧力計	重錘形圧力天びん	気体	ゲージ圧力	2 kPa 以上 100 kPa 以下	0.0080 % 又は 0.80 Pa のうち大きい方の値
				100 kPa 超 2 MPa 以下	0.0080 % 又は 10 Pa のうち大きい方の値
		液体	ゲージ圧力	0.2 MPa 以上 20 MPa以下	0.0080 % 又は 0.32 kPa のうち大きい方の値
				20 MPa 超 100 MPa 以下	0.0080 % 又は 2.0 kPa のうち大きい方の値
				100 MPa 超 200 MPa 以下	0.010 %
	液柱形圧力計	水柱	ゲージ圧力	2 kPa 以上 20 kPa 以下	0.040 % 又は 3.0 Pa のうち大きい方の値
	圧力計（デジタル圧力計、圧力変換器）	気体	ゲージ圧力	-90 kPa 以上 -10 kPa 未満	0.013 % 又は 4.0 Pa のうち大きい方の値
				-10 kPa 以上 -2 kPa 以下	4.0 Pa
				2 kPa 以上 10 kPa 以下	0.80 Pa
				10 kPa 超 100 kPa 以下	0.0063 % 又は 1.3 Pa のうち大きい方の値
				100 kPa 超 2 MPa 以下	0.0063 % 又は 10 Pa のうち大きい方の値
				2 MPa 超 7 MPa 以下(*)	0.0063 % 又は 0.13 kPa のうち大きい方の値
			絶対圧力	2 kPa 以上 100 kPa 以下	0.013 % 又は 5.0 Pa のうち大きい方の値
				100 kPa 超 2 MPa 以下	0.010 % 又は 25 Pa のうち大きい方の値
			差圧	10 Pa 以上 100 Pa 以下 [ﾗｲﾝ圧力 100 kPa±10 kPa(絶対圧力)] [ﾗｲﾝ圧力 10 kPa～80 kPa(ｹﾞｰｼﾞ圧力)]	0.20 Pa
				0.1 kPa 超 10 kPa 以下 [ﾗｲﾝ圧力 100 kPa±10 kPa(絶対圧力)] [ﾗｲﾝ圧力 10 kPa～80 kPa(ｹﾞｰｼﾞ圧力)]	0.0080 % 又は 0.25 Pa のうち大きい方の値
				10 kPa 超 100 kPa 以下 [ﾗｲﾝ圧力 20 kPa～100 kPa(ｹﾞｰｼﾞ圧力)]	0.0063 % 又は 1.3 Pa のうち大きい方の値
				100 kPa 超 1.5 MPa 以下 [ﾗｲﾝ圧力 50 kPa～500 kPa(ｹﾞｰｼﾞ圧力)]	0.0080 % 又は 20 Pa のうち大きい方の値
				0.2 MPa 以上 1.0 MPa 以下 [ﾗｲﾝ圧力 0.5 MPa～1 MPa(ｹﾞｰｼﾞ圧力)]	0.0080 % 又は 40 Pa のうち大きい方の値

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲			拡張不確かさ （ 信頼の水準約95 % ）
圧力計	圧力計 (デジタル圧力計、圧力変換器)	液体	ゲージ圧力	0.2 MPa 以上 5 MPa 以下	0.32 kPa
				5 MPa 超 20 MPa 以下	0.0063 % 又は 0.40 kPa のうち大きい方の値
				20 MPa 超 50 MPa 以下	0.0063 % 又は 1.6 kPa のうち大きい方の値
				50 MPa 超 100 MPa 以下	0.0080 %
				100 MPa 超 200 MPa 以下	0.010 %
	機械式圧力計	気体	ゲージ圧力	-90 kPa 以上 -10 kPa 未満	0.050 % 又は 20 Pa のうち大きい方の値
				-10 kPa 以上 -2 kPa 以下	6.3 Pa
				2 kPa 以上 10 kPa 以下	5.0 Pa
				10 kPa 超 400 kPa 以下	0.050 % 又は 20 Pa のうち大きい方の値
				400 kPa 超 2 MPa 以下	0.050 % 又は 0.25 kPa のうち大きい方の値
				2 MPa 超 7 MPa 以下(*)	0.063 % 又は 4.0 kPa のうち大きい方の値
			絶対圧力	5 kPa 以上 100 kPa 以下	0.050 % 又は 25 Pa のうち大きい方の値
				100 kPa 超 2 MPa 以下	0.050 % 又は 0.10 kPa のうち大きい方の値
			差圧	20 Pa 以上 200 Pa 以下 [ﾗｲﾝ圧力 10 kPa～80 kPa(ｹﾞｰｼﾞ圧力)]	2.0 Pa
				0.2 kPa 超 1 kPa 以下 [ﾗｲﾝ圧力 10 kPa～80 kPa(ｹﾞｰｼﾞ圧力)]	2.5 Pa
				1 kPa 超 10 kPa 以下 [ﾗｲﾝ圧力 10 kPa～80 kPa(ｹﾞｰｼﾞ圧力)]	6.3 Pa
				10 kPa 超 40 kPa 以下 [ﾗｲﾝ圧力 20 kPa～100 kPa(ｹﾞｰｼﾞ圧力)]	13 Pa
				40 kPa 超 100 kPa 以下 [ﾗｲﾝ圧力 20 kPa～100 kPa(ｹﾞｰｼﾞ圧力)]	0.063 % 又は 25 Pa のうち大きい方の値
				100 kPa 超 1.5 MPa 以下 [ﾗｲﾝ圧力 50 kPa～500 kPa(ｹﾞｰｼﾞ圧力)]	
		液体	ゲージ圧力	0.2 MPa 以上 2 MPa 以下	1.3 kPa
				2 MPa 超 5 MPa 以下	2.5 kPa
				5 MPa 超 7 MPa 以下	4.0 kPa
				7 MPa 超 10 MPa 以下	5.0 kPa
				10 MPa 超 100 MPa 以下	0.063 % 又は 10 kPa のうち大きい方の値
				100 MPa 超 200 MPa 以下	0.063 % 又は 0.10 MPa のうち大きい方の値

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：現地校正

校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲			拡張不確かさ（ 信頼の水準約95 % ）
圧力計	圧力計（デジタル圧力計、圧力変換器）	気体	ゲージ圧力	200 kPa 以上 500 kPa 以下	0.013 % 又は 40 Pa のうち大きい方の値
				500 kPa 超 3 MPa 以下(*)	0.016 %
		液体	ゲージ圧力	1 MPa 以上 50 MPa 以下	0.050 % 又は 0.63 kPa のうち大きい方の値
	機械式圧力計	気体	ゲージ圧力	200 kPa 以上 3 MPa 以下(*)	0.050 % 又は 0.13 kPa のうち大きい方の値
		液体	ゲージ圧力	1 MPa 以上 3.5 MPa 以下	2.0 kPa
				3.5 MPa 超 5 MPa 以下	3.2 kPa
				5 MPa 超 10 MPa 以下	6.3 kPa
				10 MPa 超 20 MPa 以下	13 kPa
				20 MPa 超 35 MPa 以下	20 kPa
				35 MPa 超 50 MPa 以下	32 kPa

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。