認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定識別	JCSS 0147 Calibration
認定された適合性評価機関の名称	日立アプライアンステクノサービス株式会社 多賀事業所　第一製造部　校正・環境課
法人の名称	日立アプライアンステクノサービス株式会社 法人番号 5050001023775
問い合わせ窓口	校正・環境課 TEL：0294-36-8909　　FAX：0294-37-1902

International Accreditation Japan

認定した校正機関の情報

情報更新年月日：2026 年 11 月 9 日

認　定　識　別：　JCSS 0147 Calibration

校正機関の名称：　日立アプライアンステクノサービス株式会社
多賀事業所 第一製造部 校正・環境課

校正機関の所在地：　茨城県日立市東多賀町一丁目１番１号

法 人 の 名 称：　日立アプライアンステクノサービス株式会社

適合を確認した認定基準：　ISO/IEC 17025:2017

認定の有効期限：　2028 年 11 月 6 日

登録（認定）に係る区分：長さ
法律に基づく初回登録年月日：2007 年 2 月 21 日
国際 MRA 対応初回認定発効日：2010 年 6 月 3 日
校正手法の区分の呼称［登録更新（認定発効）年月日］：一次元寸法測定器［2024 年 11 月 7 日］
恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正
校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ（信頼の水準約 95 %）［L=呼び寸法(mm)］
一次元寸法測定器	ブロックゲージ（比較校正法による）	0.5 mm 以上 100 mm 以下	0.08 μm
		100 mm 超 250 mm 以下	(0.09＋0.00036･L) μm

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録に係る区分：質量
法律に基づく初回登録年月日：2004 年 6 月 17 日
校正手法の区分の呼称[登録更新年月日]：分銅等[2026 年 11 月 14 日]
恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正
校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ（信頼の水準約 95 %）
分銅等	分銅	20 kg	0.11 g
		10 kg	60 mg
		5 kg	30 mg
		2 kg	14 mg
		1 kg	6 mg
		500 g	4 mg
		200 g	2 mg
		100 g	1.0 mg
		50 g	0.4 mg
		20 g	0.3 mg
		10 g	0.3 mg
		5 g	0.2 mg
		2 g	0.2 mg
		1 g	0.2 mg
		500 mg	0.1 mg
		200 mg	0.1 mg
		100 mg	0.1 mg
		50 mg	0.1 mg
		20 mg	0.1 mg
		10 mg	0.04 mg
		5 mg	0.03 mg
		2 mg	0.03 mg
		1 mg	0.03 mg
	おもり	10 kg 超 20 kg 以下	0.11 g
		5 kg 超 10 kg 以下	60 mg
		2 kg 超 5 kg 以下	30 mg
		1 kg 超 2 kg 以下	15 mg
		500 g 超 1 kg 以下	7 mg
		200 g 超 500 g 以下	4 mg
		100 g 超 200 g 以下	2 mg
		50 g 超 100 g 以下	2.0 mg
		20 g 超 50 g 以下	1.3 mg
		10 g 超 20 g 以下	1.0 mg
		5 g 超 10 g 以下	0.8 mg
		2 g 超 5 g 以下	0.6 mg
		1 g 以上 2 g 以下	0.5 mg

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。
※質量は MRA 対応ではありません。