

認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定番号	JCSS0150
初回認定日	2004 年 10 月 20 日
最新交付日	2015 年 06 月 19 日
認定された事業所の名称 及び所在地	株式会社島津アクセス はかり校正室 〒 111-0053 東京都台東区浅草橋 5-20-8 法人番号 7010501009474
問い合わせ窓口	はかり校正室 Tel: 03-5820-3277 FAX: 03-5820-3275
認定規格	ISO/IEC 17025:2005（校正）
区分	別紙のとおり

登録に係る区分：質量

法律に基づく初回認定年月日又は初回登録年月日：平成 16 年 10 月 20 日

国際 MRA 対応初回認定年月日：平成 16 年 10 月 20 日

校正手法の区分の呼称 [登録更新年月日]：はかり[平成 27 年 6 月 22 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正及び現地校正

校正手法 の区分の 呼称	種類	校正範囲	最高測定能力 (信頼の水準約 95 %)	
			恒久的施設	現地校正
はかり	電子式 非自動はかり	1 g 以上 5 g 以下	0.07 mg	0.07 mg
		5 g 超 10 g 以下	0.13 mg	0.13 mg
		10 g 超 50 g 以下	0.29 mg	0.30 mg
		50 g 超 100 g 以下	0.39 mg	0.41 mg
		100 g 超 150 g 以下	0.34 mg	0.37 mg
		150 g 超 220 g 以下	0.44 mg	0.50 mg
		220 g 超 300 g 以下	0.62 mg	0.69 mg
		300 g 超 400 g 以下	0.78 mg	0.88 mg
		400 g 超 490 g 以下	0.93 mg	1.1 mg
		490 g 超 1000 g 以下	3.6 mg	3.7 mg
		1 kg 超 2 kg 以下	20 mg	20 mg
		2 kg 超 5 kg 以下	24 mg	25 mg
		5 kg 超 10 kg 以下	36 mg	37 mg
		10 kg 超 20 kg 以下	0.2 g	0.2 g
		20 kg 超 34 kg 以下	0.21 g	0.21 g
		34 kg 超 50 kg 以下	1.6 g	1.6 g
		50 kg 超 100 kg 以下	3.6 g	3.6 g
100 kg 超 150 kg 以下	4.9 g	4.9 g		