

認定プログラムの名称	JCSS (国際 MRA 対応)
認定識別	JCSS0165Calibration
初回認定発効日	2005 年 9 月 1 日
再認定日	2019 年 2 月 21 日
認定の有効期限	2023 年 2 月 20 日
最新交付日	2019 年 2 月 21 日
認定された事業所の名称 及び所在地	株式会社大正天びん製作所 〒 304-0031 茨城県下妻市高道祖 4219-72 法人番号 9050001013351
問い合わせ窓口	検査課 Tel: 0296-43-7021 FAX: 0296-43-8150
認定要求事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ISO/IEC 17025:2017 (校正)</li> <li>・ 認定スキーム文書(JCSS 認定) (第 2 版)6 項に定める認定要求事項</li> </ul>
区分	別紙のとおり

登録に係る区分：質量

法律に基づく初回登録（認定）年月日：平成 17 年 9 月 1 日

国際 MRA 対応初回認定年月日：平成 17 年 9 月 1 日

校正手法の区分の呼称[登録更新（再認定）年月日]：分銅等[平成 31 年 2 月 21 日]

恒久的施設で行う校正 / 現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の区分の呼称	種類及び校正範囲		校正測定能力 (信頼の水準約 95 %)
	種類	校正範囲	協定質量の校正
分銅等	分銅	20 kg	12 mg
		10 kg	5.4 mg
		5 kg	3.6 mg
		2 kg	0.96 mg
		1 kg	0.40 mg
		500 g	0.19 mg
		200 g	0.16 mg
		100 g	0.058 mg
		50 g	0.032 mg
		20 g	0.022 mg
		10 g	0.015 mg
		5 g	0.012 mg
		2 g	0.0086 mg
		1 g	0.0074 mg
		500 mg	0.0058 mg
		200 mg	0.0046 mg
		100 mg	0.0038 mg
		50 mg	0.0030 mg
		20 mg	0.0026 mg
		10 mg	0.0019 mg
	5 mg	0.0022 mg	
	2 mg	0.0018 mg	
	1 mg	0.0017 mg	
	おもり	20 kg 超 30 kg 以下	30 mg
		10 kg 超 20 kg 以下	19 mg
		5 kg 超 10 kg 以下	9.4 mg
		2 kg 超 5 kg 以下	6.2 mg
1 kg 超 2 kg 以下		1.5 mg	
200 g 超 1 kg 以下		0.96 mg	
	10 g 以上 200 g 以下	0.28 mg	