

認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定番号	JCSS 0180
初回認定日	2010 年 6 月 3 日
最新交付日	2018 年 3 月 22 日
認定された事業所の名称 及び所在地	株式会社オーバル 認定事業室 〒 236-8645 神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目 9 番 5 号 法人番号 4011101003936
問い合わせ窓口	認定事業室 Tel: 045-785-7622 FAX: 045-788-2877
認定規格	ISO/IEC 17025:2005（校正）
区分	別紙のとおり

登録に係る区分：流量・流速

法律に基づく初回登録（認定）年月日：平成 18 年 9 月 6 日

国際MRA対応初回認定年月日：平成 22 年 6 月 3 日

校正手法の区分の呼称 [登録更新年月日]：気体流量計、液体流量計 [平成 30 年 3 月 22 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の 区分の呼称	種類		校正範囲			最高測定能力 (信頼の水準約95%)
			臨界ノズル	湿度空気	30 kPa(abs) 以上 110 kPa(abs) 以下	
気体流量計	気体用流量計	臨界ノズル	湿度空気	30 kPa(abs) 以上 110 kPa(abs) 以下	5 m ³ /h 以上 200 m ³ /h 以下	0.33 %
		流量計	湿度空気	95 kPa(abs) 以上 110 kPa(abs) 以下	5 m ³ /h 以上 1000 m ³ /h 以下	0.29 %
液体流量計	石油用流量計 (灯油)、 石油用流量計 校正装置(灯油)	流量計	3 m ³ /h 以上 30 m ³ /h 未満 (0.66 kg/s 以上 6.6 kg/s 未満)			0.10 % (0.10 %)
			30 m ³ /h 以上 300 m ³ /h 以下 (6.6 kg/s 以上 66 kg/s 以下)			0.09 % (0.09 %)
			300 m ³ /h 超 530 m ³ /h 以下 (66 kg/s 超 116 kg/s 以下)			0.11 % (0.11 %)
		530 m ³ /h 超 1800 m ³ /h 以下 (116 kg/s 超 395 kg/s 以下)			0.12 % (0.12 %)	
		校正装置	3 m ³ /h 以上 530 m ³ /h 以下			0.07 %
			530 m ³ /h 超 1800 m ³ /h 以下			0.09 %
	石油用流量計 (ガソリン)、 石油用流量計 校正装置 (ガソリン)	流量計	3 m ³ /h 以上 30 m ³ /h 未満 (0.62 kg/s 以上 6.2 kg/s 未満)			0.15 % (0.15 %)
			30 m ³ /h 以上 600 m ³ /h 以下 (6.2 kg/s 以上 123.3 kg/s 以下)			0.12 % (0.12 %)
		校正装置	3 m ³ /h 以上 30 m ³ /h 未満			0.11 %
			30 m ³ /h 以上 600 m ³ /h 以下			0.10 %
	石油用流量計 (重油)、 石油用流量計 校正装置(重油)	流量計	3 m ³ /h 以上 80 m ³ /h 以下 (0.75 kg/s 以上 19.9 kg/s 以下)			0.11 % (0.11 %)
			80 m ³ /h 超 600 m ³ /h 以下 (19.9 kg/s 超 149.2 kg/s 以下)			0.13 % (0.13 %)
			600 m ³ /h 超 1800 m ³ /h 以下 (149.2 kg/s 超 447.5 kg/s 以下)			0.15 % (0.15 %)
		校正装置	3 m ³ /h 以上 80 m ³ /h 以下			0.09 %
80 m ³ /h 超 600 m ³ /h 以下			0.11 %			
600 m ³ /h 超 1800 m ³ /h 以下			0.13 %			
水用流量計	流量計	0.3 m ³ /h 以上 120 m ³ /h 以下 (0.083 kg/s 以上 33.33 kg/s 以下)			0.26 % (0.26 %)	