

登録プログラムの名称	JCSS
登録番号	JCSS0201
初回登録日	2007年10月24日
最新交付日	2015年09月25日
登録された事業所の名称 及び所在地	山陽機器検定株式会社 水島工場 〒712-8054 岡山県倉敷市潮通二丁目1番地 法人番号 8260001012696
問い合わせ窓口	総務・営業担当 Tel: 086-455-4869 FAX: 086-455-0054
登録規格	ISO/IEC 17025:2005 (校正)
区分	別紙のとおり

登録に係る区分：流量・流速

法律に基づく初回認定年月日又は初回登録年月日：平成 19 年 10 月 24 日

校正手法の区分の呼称[登録更新年月日]：液体流量計[平成 27 年 10 月 24 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の 区分の呼称	種類		校正範囲	最高測定能力 (信頼の水準 約95%)	
液体流量計	石油用流量計（灯油・軽油） 石油用流量計校正装置（灯油・軽油）	流量計	2 m <sup>3</sup> /h 以上 20 m <sup>3</sup> /h 未満	0.14 %	
			20 m <sup>3</sup> /h 以上 810 m <sup>3</sup> /h 以下	0.14 %	
			810 m <sup>3</sup> /h 超 1000 m <sup>3</sup> /h 以下	0.14 %	
		校正装置	2 m <sup>3</sup> /h 以上 70 m <sup>3</sup> /h 以下	0.09 %	
		石油用流量計（ガソリン） 石油用流量計校正装置（ガソリン）	流量計	2 m <sup>3</sup> /h 以上 20 m <sup>3</sup> /h 未満	0.16 %
				20 m <sup>3</sup> /h 以上 810 m <sup>3</sup> /h 以下	0.15 %
	810 m <sup>3</sup> /h 超 1000 m <sup>3</sup> /h 以下			0.15 %	
	校正装置	2 m <sup>3</sup> /h 以上 70 m <sup>3</sup> /h 以下	0.12 %		
	石油用流量計（重油）	流量計	20 m <sup>3</sup> /h 以上 300 m <sup>3</sup> /h 以下	0.16 %	
			300 m <sup>3</sup> /h 超 750 m <sup>3</sup> /h 以下	0.16 %	