

登録プログラムの名称	JCSS
登録番号	JCSS0201
初回登録日	2007年10月24日
最新交付日	2018年11月22日
登録された事業所の名称 及び所在地	山陽機器検定株式会社 水島工場 〒712-8054 岡山県倉敷市潮通二丁目1番地 法人番号 8260001012696
問い合わせ窓口	総務・営業担当 Tel: 086-455-4869 FAX: 086-455-0054
登録規格	ISO/IEC 17025:2005 (校正)
区分	別紙のとおり

登録に係る区分：流量・流速

法律に基づく初回認定年月日又は初回登録年月日：平成 19 年 10 月 24 日

校正手法の区分の呼称[登録更新年月日]：液体流量計[平成 27 年 10 月 24 日]、* [平成 30 年 11 月 22 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の 区分の呼称	種類		校正範囲	校正測定能力 (信頼の水準 約95%)
液体流量計	石油用流量計（灯油・軽油） 石油用流量計校正装置（灯油・軽油）	流量計	2 m ³ /h 以上 20 m ³ /h 未満	0.14 %
			20 m ³ /h 以上 810 m ³ /h 以下	0.14 %
			810 m ³ /h 超 1000 m ³ /h 以下	0.14 %
		校正装置	2 m ³ /h 以上 70 m ³ /h 以下	0.09 %
			70 m ³ /h 超 1000 m ³ /h 以下 *	0.11 %
		石油用流量計（ガソリン） 石油用流量計校正装置（ガソリン）	流量計	2 m ³ /h 以上 20 m ³ /h 未満
	20 m ³ /h 以上 810 m ³ /h 以下			0.15 %
	810 m ³ /h 超 1000 m ³ /h 以下			0.15 %
	校正装置		2 m ³ /h 以上 70 m ³ /h 以下	0.12 %
			70 m ³ /h 超 1000 m ³ /h 以下 *	0.14 %
	石油用流量計（重油）		流量計	20 m ³ /h 以上 300 m ³ /h 以下
		300 m ³ /h 超 750 m ³ /h 以下		0.16 %
		750 m ³ /h 超 920 m ³ /h 以下 *		0.15 %
		校正装置	20 m ³ /h 超 920 m ³ /h 以下 *	0.13 %