認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定識別	JCSS 0204 Calibration
認定された適合性評価機関の名称	株式会社ジャパンクリエイト　キャリブレーション事業部 タンスイキャリブレーションセンター
法人の名称	株式会社ジャパンクリエイト 法人番号 8120001099475
問い合わせ窓口	キャリブレーション事業部 タンスイキャリブレーションセンター TEL：06-4397-7028　　FAX：06-4397-7029

International Accreditation Japan

認定した校正機関の情報

情報更新年月日：2026 年 4 月 1 日

認　定　識　別：　JCSS 0204 Calibration

校正機関の名称：　株式会社ジャパンクリエイト
キャリブレーション事業部
タンスイキャリブレーションセンター

校正機関の所在地：　大阪府守口市大宮通三丁目 10 番 10 号

法 人 の 名 称：　株式会社ジャパンクリエイト

適合を確認した認定基準：　ISO/IEC 17025:2017

認定の有効期限：　2027 年 9 月 7 日

登録（認定）に係る区分：質量
法律に基づく初回登録年月日：2008 年 12 月 26 日
国際 MRA 対応初回認定発効日：2008 年 12 月 26 日
校正手法の区分の呼称［登録更新（認定発効）年月日］：分銅等、はかり［2023 年 9 月 8 日］
恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正
校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ（信頼の水準約 95 %）
分銅等	分銅	1 g	0.034 mg
		2 g	0.044 mg
		5 g	0.054 mg
		10 g	0.064 mg
		20 g	0.086 mg
		50 g	0.11 mg
		100 g	0.17 mg
		200 g	0.35 mg
		500 g	0.83 mg
		1 kg	1.7 mg
		2 kg	3.6 mg
		5 kg	8.3 mg
	おもり	10.1 g 以上 10.3 g 以下	1 mg
		20.2 g 以上 20.6 g 以下	2 mg
		50.5 g 以上 51.5 g 以下	3 mg
		101 g 以上 103 g 以下	3 mg
		202 g 以上 206 g 以下	7 mg
		505 g 以上 515 g 以下	13 mg
		1.01 kg 以上 1.03 kg 以下	25 mg
		2.02 kg 以上 2.06 kg 以下	48 mg
		5.05 kg 以上 5.15 kg 以下	0.24 g

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正及び現地校正
校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ（信頼の水準約 95 %）	
			恒久的施設	現地校正
はかり	電子式非自動はかり	10 g 以上 50 g 以下	0.27 mg	0.29 mg
		50 g 超 80 g 以下	0.40 mg	0.43 mg
		80 g 超 150 g 以下	0.55 mg	0.59 mg
		150 g 超 250 g 以下	0.83 mg	0.88 mg
		250 g 超 350 g 以下	1.1 mg	1.2 mg
		350 g 超 500 g 以下	1.6 mg	1.7 mg
		500 g 超 1000 g 以下	3.2 mg	5.5 mg
		1 kg 超 1.5 kg 以下	4.3 mg	6.5 mg

		1.5 kg 超 2.5 kg 以下	7.1 mg	9.1 mg
		2.5 kg 超 3.5 kg 以下	9.7 mg	12 mg
		3.5 kg 超 4 kg 以下	12 mg	14 mg
		4 kg 超 5 kg 以下	14 mg	16 mg
		5 kg 超 6 kg 以下	0.14 g	0.14 g
		6 kg 超 8 kg 以下	0.15 g	0.16 g
		8 kg 超 10 kg 以下	0.17 g	0.17 g
		10 kg 超 15 kg 以下	0.21 g	0.22 g
		15 kg 超 20 kg 以下	0.27 g	0.27 g

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

登録（認定）に係る区分：力
法律に基づく初回登録年月日：2008 年 12 月 26 日
国際 MRA 対応初回認定発効日：2008 年 12 月 26 日
校正手法の区分の呼称［登録又は登録更新（認定発効）年月日］：一軸試験機［2023 年 9 月 8 日］(*)［2025 年 10 月 10 日］
恒久的施設で行う校正／現地校正の別：現地校正
校正測定能力

校正手法の区分の呼称	種類	校正範囲		拡張不確かさ（信頼の水準約 95 %）
一軸試験機	JIS B 7721 による方法	圧縮力	0.05 kN 以上 2 MN 以下	0.21 %
			2 MN 超 3 MN 以下	0.22 %
		引張力	0.0001 kN 以上 300 kN 以下(*)	0.21 %

登録（認定）に係る区分：硬さ
法律に基づく初回登録年月日：2007 年 12 月 28 日
国際 MRA 対応初回認定発効日：2007 年 12 月 28 日
校正手法の区分の呼称［登録更新（認定発効）年月日］：ロックウェル硬さ試験機等［2023 年 9 月 8 日］、
ビッカース硬さ試験機等[2023 年 9 月 8 日]
恒久的施設で行う校正／現地校正の別：現地校正
校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ（信頼の水準約 95 %）
ロックウェル硬さ試験機等	ロックウェル硬さ試験機	20 HRC 以上 25 HRC 以下	0.64 HRC
		25 HRC 超 35 HRC 未満	0.74 HRC
		35 HRC 以上 45 HRC 以下	0.50 HRC
		45 HRC 超 55 HRC 未満	0.58 HRC
		55 HRC 以上 65 HRC 以下	0.50 HRC
ビッカース硬さ試験機等	ビッカース硬さ試験機	200 HV / 0.9807 N	16 %
		200 HV / 2.942 N	9.2 %
		200 HV / 9.807 N	5.5 %
		200 HV / 49.03 N	3.5 %
		200 HV / 98.07 N	2.7 %
		200 HV / 196.1 N	2.9 %
		600 HV / 0.9807 N	28 %
		600 HV / 2.942 N	16 %
		600 HV / 9.807 N	8.6 %
		600 HV / 49.03 N	4.6 %
		600 HV / 98.07 N	3.8 %
		600 HV / 196.1 N	3.3 %
		700 HV / 0.9807 N	30 %
		700 HV / 9.807 N	8.8 %
		700 HV / 294.2 N	2.6 %
		900 HV / 0.9807 N	33 %
		900 HV / 2.942 N	19 %
		900 HV / 9.807 N	11 %
		900 HV / 49.03 N	4.9 %
		900 HV / 196.1 N	4.2 %
		900 HV / 294.2 N	4.3 %

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。