

認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定識別	JCSS 0206 Calibration
認定された適合性評価機関の名称	株式会社ユタ力測機
法人の名称	株式会社ユタ力測機 法人番号 8180001052429
問い合わせ窓口	TEL : 0568-28-4350 FAX : 0568-28-5271



International Accreditation Japan

認定した校正機関の情報

情報更新年月日：2026 年 10 月 1 日

認 定 識 別： JCSS 0206 Calibration

校正機関の名称： 株式会社ユタ力測機

校正機関の所在地： 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字栄 31 番地

法 人 の 名 称： 株式会社ユタ力測機

適合を確認した認定基準： ISO/IEC 17025:2017

認定の有効期限： 2028 年 10 月 15 日

登録（認定）に係る区分：力
法律に基づく初回登録年月日：2008 年 2 月 19 日
国際 MRA 対応初回認定発効日：2008 年 2 月 19 日
校正手法の区分の呼称 [登録又は登録更新（認定発効）年月日]：一軸試験機 [2024 年 10 月 16 日](*) [2026 年 10 月 1 日]
恒久的施設で行う校正／現地校正の別：現地校正
校正測定能力

校正手法の 区分の呼称	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
		圧縮力	0.05 N 以上 5000 kN 以下	0.24 % (*)
一軸試験機	一軸試験機 (JIS B 7721 による方法)	引張力	0.05 N 以上 300 kN 以下(*)	0.29 %