

登録プログラムの名称	JCSS
登録番号	JCSS 0223
初回登録日	2008年11月6日
最新交付日	2026年6月11日
登録された事業所の名称 及び所在地	大王電機株式会社 サービスセンター 〒664-0011 兵庫県伊丹市鑄物師4丁目71番 法人番号 2140001078532
問い合わせ窓口	サービスセンター TEL : 072-770-7762 FAX : 072-770-7763
登録規格	ISO/IEC 17025:2017 (校正)
区分	別紙のとおり

登録に係る区分：電気（直流・低周波）

法律に基づく初回登録年月日：2008年11月6日

校正手法の区分の呼称 [登録更新年月日]：直流・低周波測定器等 [2026年6月11日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
直流・低周波測定器等	直流電圧測定装置	100 mV		3.0 μ V
		1 V		0.010 mV
		10 V		0.10 mV
		100 V		1.0 mV
		1 kV		10 mV
	直流電流測定装置	1 mA		0.10 μ A
		10 mA		1.0 μ A
		100 mA		10 μ A
		1 A		0.20 mA
	直流抵抗測定装置	10 Ω		0.30 m Ω
		100 Ω		2.0 m Ω
		1 k Ω		20 m Ω
		10 k Ω		0.20 Ω
		100 k Ω		2.0 Ω
	交流電圧測定装置	100 mV	1 kHz	0.020 mV
		1 V		0.10 mV
		10 V		1.0 mV
		100 V		10 mV
	交流電流測定装置	100 mA	60 Hz	0.030 mA

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。