| | |
|---|---|
| 認定プログラムの名称 | JCSS（国際 MRA 対応） |
| 認定識別 | JCSS 0232 Calibration |
| 認定された適合性評価機関の名称 | 新潟精機株式会社　キャリブレーションセンター |
| 法人の名称 | 新潟精機株式会社<br>法人番号 9010401021362 |
| 問い合わせ窓口 | キャリブレーションセンター<br>TEL：0256-33-5525　　FAX：0256-33-5551 |

International Accreditation Japan

# 認定した校正機関の情報

情報更新年月日：2026 年 4 月 1 日

認　定　識　別：　JCSS 0232 Calibration

校正機関の名称：　新潟精機株式会社
キャリブレーションセンター

校正機関の所在地：　新潟県三条市林町一丁目 22 番 17 号

法 人 の 名 称：　新潟精機株式会社

適合を確認した認定基準：　ISO/IEC 17025:2017

認定の有効期限：　2028 年 2 月 6 日

登録（認定）に係る区分：長さ
法律に基づく初回登録年月日：2009 年 3 月 4 日
国際 MRA 対応初回認定発効日：2017 年 3 月 1 日
校正手法の区分の呼称 ［登録又は登録更新（認定発効）年月日］：一次元寸法測定器 ［2024 年 2 月 7 日］(*)［2025 年 10 月 3 日］
恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正
校正測定能力

| 校正手法の区分の呼称# | 種類 | 校正範囲 | 拡張不確かさ（信頼の水準約 95 %） |
|---|---|---|---|
| 一次元寸法測定器 | プラグゲージ | 0.1 mm 以上 15 mm 以下 | 0.4 μm |
| | | 15 mm 超 30 mm 以下 | 0.6 μm |
| | リングゲージ(*) | 20 mm 以上 50 mm 以下 | 0.6 μm |
| | ブロックゲージ（比較測定法による）(*) | 0.5 mm 以上 25 mm 以下 | 0.08 μm |
| | | 鋼製：25 mm 超 100 mm 以下 | 0.10 μm |
| | | セラミック製：25 mm 超 100 mm 以下 | 0.15 μm |

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。