

認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定識別	JCSS 0290 Calibration
認定された適合性評価機関の名称	クレーンジャパン株式会社 JCSS 校正センター
法人の名称	クレーンジャパン株式会社 法人番号 4010001143702
問い合わせ窓口	Druck サービス TEL : 03-6894-1838 FAX : 03-6894-1839



International Accreditation Japan

認定した校正機関の情報

情報更新年月日：2026 年 8 月 13 日

認 定 識 別： JCSS 0290 Calibration

校正機関の名称： クレーンジャパン株式会社
JCSS 校正センター

校正機関の所在地： 東京都中央区月島 4 丁目 16 番 13 号

法 人 の 名 称： クレーンジャパン株式会社

適合を確認した認定基準： ISO/IEC 17025:2017

認定の有効期限： 2028 年 6 月 15 日

登録（認定）に係る区分：圧力
法律に基づく初回登録年月日：2012 年 7 月 12 日
国際 MRA 対応初回認定発効日：2012 年 7 月 12 日
校正手法の区分の呼称〔登録更新又は登録（認定発効）年月日〕：圧力計〔2024 年 6 月 16 日〕
(*)〔2026 年 8 月 13 日〕
恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正
校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲			拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
圧力計	圧力計 (デジタル圧力計)	気体	絶対圧力	5 kPa 以上 130 kPa 以下	0.010 kPa
				130 kPa 超 350 kPa 以下	0.010 %
			ゲージ圧力	-95 kPa 以上 -90 kPa 未満	0.020 kPa
				-90 kPa 以上 -5 kPa 以下	0.015 kPa
		液体 (*)	絶対圧力	5 kPa 以上 7000 kPa 以下	0.015 kPa 又は 0.010 %のうち 大きい方の値
				1 MPa 以上 100 MPa 以下	0.0015 MPa 又は 0.015 %のうち 大きい方の値
			ゲージ圧力	1 MPa 以上 100 MPa 以下	0.0015 MPa 又は 0.015 %のうち 大きい方の値

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。