

認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定識別	JCSS 0293 Calibration
初回認定発効日	2012 年 7 月 12 日
認定発効日	2020 年 6 月 30 日
認定の有効期限	2024 年 6 月 29 日
認定された適合性評価機関の名称及び所在地	神栄テクノロジー株式会社 校正室 〒650-0047 神戸市中央区港島南町 6 丁目 5 番 2
法人の名称	神栄テクノロジー株式会社 法人番号 1140001027226
問い合わせ窓口	校正室 Tel: 078-304-6790 FAX: 078-304-6793
認定要求事項	ISO/IEC 17025:2017 及び認定スキーム文書(JCSS 認定) (第 2 版) 6 項に定める認定要求事項 (校正)
区分	別紙のとおり

登録（認定）に係る区分：湿度

法律に基づく初回登録年月日：2012年7月12日

国際MRA対応初回認定発効日：2012年7月12日

校正手法の区分の呼称[登録更新（認定発効）年月日]：湿度測定器等 [2020年6月30日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
湿度測定器等	露点計	露点 -10 °C 以上 0 °C 未満	露点 0.19 °C
		露点 0 °C 以上 23 °C 以下	露点 0.15 °C
		露点 30 °C 以上 50 °C 以下	露点 0.19 °C
	電子式湿度計	校正温度 20 °C、23 °C において 相対湿度 15 % 以上 50 % 以下	相対湿度 0.8 %
		校正温度 20 °C、23 °C において 相対湿度 50 % 超 90 % 以下	相対湿度 1.3 %
		校正温度 25 °C において 相対湿度 10 % 以上 50 % 以下	相対湿度 0.8 %
		校正温度 25 °C において 相対湿度 50 % 超 85 % 以下	相対湿度 1.3 %

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。