

認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定識別	JCSS 0326 Calibration
初回認定日	2015 年 10 月 26 日
再認定日	2019 年 6 月 7 日
認定の有効期限	2023 年 6 月 6 日
最新交付日	2019 年 6 月 7 日
認定された事業所の名称 及び所在地	徳山計量器株式会社 校正室 〒 745-0056 山口県周南市新宿通三丁目 20 番地 法人番号 1250001009064
問い合わせ窓口	徳山計量器株式会社 校正室 Tel: 0834-21-2890 FAX: 0834-31-6458
認定規格	<ul style="list-style-type: none"> ・ ISO/IEC 17025:2017（校正） ・ 認定スキーム文書（JCSS 認定）（第 2 版）6 項に定める認定要求事項
区分	別紙のとおり

登録（認定）に係る区分：質量

法律に基づく初回登録（認定）年月日：平成 27 年 10 月 26 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：平成 27 年 10 月 26 日

校正手法の区分の呼称 [登録更新（再認定）年月日]：分銅等、はかり [令和元年 6 月 7 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
			協定質量の校正
分銅等	分銅	1 mg	0.0030 mg
		2 mg	0.0030 mg
		5 mg	0.0030 mg
		10 mg	0.0037 mg
		20 mg	0.0041 mg
		50 mg	0.0048 mg
		100 mg	0.0056 mg
		200 mg	0.0070 mg
		500 mg	0.0087 mg
		1 g	0.014 mg
		2 g	0.017 mg
		5 g	0.022 mg
		10 g	0.028 mg
		20 g	0.035 mg
		50 g	0.045 mg
		100 g	0.072 mg
		200 g	0.14 mg
		500 g	0.42 mg
		1 kg	0.80 mg
		2 kg	1.6 mg
	5 kg	4.2 mg	
	10 kg	8.2 mg	
	20 kg	16 mg	
	おもり	1 g 以上 10 g 未満	0.20 mg
		10 g 以上 100 g 未満	0.30 mg
		100 g 以上 500 g 未満	3.1 mg
		500 g 以上 1 kg 未満	4.0 mg
		1 kg 以上 5 kg 未満	13 mg
		5 kg 以上 10 kg 以下	25 mg
10 kg 超 25 kg 以下		59 mg	
30 kg		1.5 g	
60 kg		3.0 g	
200 kg	3.0 g		

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：現地校正
校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
はかり	電子式非自動はかり	1 mg	0.006 mg
		2 mg	0.006 mg
		2 mg 超 5 mg 以下	0.008 mg
		5 mg 超 10 mg 以下	0.010 mg
		10 mg 超 100 mg 以下	0.013 mg
		100 mg 超 500 mg 以下	0.014 mg
		500 mg 超 1 g 以下	0.022 mg
		1 g 超 5 g 以下	0.032 mg
		5 g 超 10 g 以下	0.053 mg
		10 g 超 50 g 以下	0.077 mg
		50 g 超 100 g 以下	0.16 mg
		100 g 超 200 g 以下	0.23 mg
		200 g 超 500 g 以下	0.64 mg
		500 g 超 1000 g 以下	1.2 mg
		1000 g 超 2000 g 以下	2.4 mg
		2000 g 超 5000 g 以下	6.5 mg
		5000 g 超 10 kg 以下	12 mg
10 kg 超 25 kg 以下	29 mg		
25 kg 超 50 kg 以下	1.4 g		
50 kg 超 200 kg 以下	2.1 g		

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。