

登録プログラムの名称	JCSS
登録番号	JCSS 0342
初回登録日	2019年8月29日
登録の有効期限	2023年8月28日
認定された適合性評価機関の名称及び所在地	エヌケイエス株式会社 JCSS校正室 〒472-0053 愛知県知立市南新地三丁目8番地10
法人の名称	エヌケイエス株式会社 法人番号 180001024907
問い合わせ窓口	JCSS校正室 Tel: 0566-83-7507 FAX: 0566-84-0025
登録要求事項	ISO/IEC 17025:2017 (校正)、計量法施行規則第90条第2項の規定に基づく計量器等の種類を定める規程(JCSS種類)及びJCSS登録及び認定の一般要求事項(JCRP21)第1部 登録事業者に対する一般要求事項
区分	別紙のとおり

登録に係る区分：長さ

法律に基づく初回登録年月日：2019年8月29日

校正手法の区分の呼称 [登録年月日]：一次元寸法測定器 [2019年8月29日]

恒久的施設で行う校正/現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
一次元寸法測定器	ブロックゲージ (比較測定法による)	0.5 mm 以上 40 mm 以下	0.06 $\mu\text{m}$
		40 mm 超 80 mm 以下	0.07 $\mu\text{m}$
		80 mm 超 100 mm 以下	0.08 $\mu\text{m}$

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。