

認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定識別	JCSS 0345 Calibration
認定された適合性評価機関の名称	有限会社三協インターナショナル 校正センター
法人の名称	有限会社三協インターナショナル 法人番号 1050002013853
問い合わせ窓口	校正センター TEL : 029-875-5168      FAX : 029-867-5538



International Accreditation Japan

## 認定した校正機関の情報

情報更新年月日：2026年4月1日

認定識別： JCSS 0345 Calibration

校正機関の名称： 有限会社三協インターナショナル  
校正センター

校正機関の所在地： 茨城県つくば市田中 1761

法人の名称： 有限会社三協インターナショナル

適合を確認した認定基準： ISO/IEC 17025:2017

認定の有効期限： 2028年2月21日

登録（認定）に係る区分：質量

法律に基づく初回登録年月日：2020年3月26日

国際MRA対応初回認定発効日：2020年3月26日

校正手法の区分の呼称 [登録更新（認定発効）年月日]：分銅等 [2024年2月22日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約95%)
分銅等	分銅	1 mg	0.0028 mg
		2 mg	0.0028 mg
		5 mg	0.0028 mg
		10 mg	0.0036 mg
		20 mg	0.0039 mg
		50 mg	0.0046 mg
		100 mg	0.0054 mg
		200 mg	0.0069 mg
		500 mg	0.0086 mg
		1 g	0.014 mg
		2 g	0.017 mg
		5 g	0.022 mg
		10 g	0.028 mg
		20 g	0.034 mg
		50 g	0.044 mg
		100 g	0.071 mg
		200 g	0.14 mg
		500 g	0.40 mg
		1 kg	0.78 mg
		2 kg	1.6 mg
		5 kg	4.0 mg
		10 kg	5.0 mg
		20 kg	10 mg
		50 kg	0.40 g
	100 kg	0.75 g	
	200 kg	1.3 g	
	500 kg	2.6 g	
	1000 kg	5.2 g	
	おもり	10 g 以上 20 g 未満	0.60 mg
		20 g 以上 50 g 未満	0.80 mg
		50 g 以上 100 g 未満	1.0 mg
		100 g 以上 200 g 未満	1.6 mg
200 g 以上 500 g 未満		3.0 mg	
500 g 以上 1 kg 未満		8.0 mg	
1 kg 以上 2 kg 未満		16 mg	
2 kg 以上 5 kg 未満		30 mg	

		5 kg 以上 10 kg 未満	80 mg
		10 kg 以上 20 kg 未満	0.16 g
		20 kg 以上 25 kg 未満	0.30 g
		25 kg 以上 52 kg 未満	1.0 g
		52 kg 以上 103 kg 未満	2.0 g
		103 kg 以上 205 kg 未満	3.6 g
		205 kg 以上 512 kg 未満	7.5 g
		512 kg 以上 1021 kg 未満	15 g

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。