認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定識別	JCSS 0348 Calibration
認定された適合性評価機関の名称	日本サーモテック株式会社
法人の名称	日本サーモテック株式会社 法人番号 7290801010410
問い合わせ窓口	日本サーモテック株式会社 TEL：093-644-7588　　FAX：093-644-7587

International Accreditation Japan

認定した校正機関の情報

情報更新年月日：2026 年 4 月 1 日

認　定　識　別：　JCSS 0348 Calibration

校正機関の名称：　日本サーモテック株式会社

校正機関の所在地：　福岡県北九州市八幡西区森下町 26 番 89 号
北九州テクノパーク八幡西

法 人 の 名 称：　日本サーモテック株式会社

適合を確認した認定基準：　ISO/IEC 17025:2017

認定の有効期限：　2029 年 10 月 24 日

登録（認定）に係る区分：温度
法律に基づく初回登録年月日：2020 年 12 月 25 日
国際 MRA 対応初回認定発効日：2021 年 10 月 25 日
校正手法の区分の呼称［登録更新(認定発効)年月日］：接触式温度計［2025 年 10 月 25 日］
恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正
校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ（信頼の水準約 95 %）
接触式温度計	熱電対（比較校正法）	K, N	600 ℃以上 1200 ℃以下	2.6 ℃
		R, B	600 ℃以上 1554 ℃以下	2.4 ℃

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。