| | |
|---|---|
| 認定プログラムの名称 | JCSS（国際 MRA 対応） |
| 認定識別 | JCSS 0355 Calibration |
| 認定された適合性評価機関の名称 | 有限会社アキタ試験機 |
| 法人の名称 | 有限会社アキタ試験機<br>法人番号 1011802009020 |
| 問い合わせ窓口 | 本社<br>TEL：03-3897-1546　　FAX：03-3897-7476 |

International Accreditation Japan

# 認定した校正機関の情報

情報更新年月日：2026 年 4 月 1 日

認　定　識　別：　JCSS 0355 Calibration

校正機関の名称：　有限会社アキタ試験機

校正機関の所在地：　東京都足立区舎人五丁目 2 番 14 号

法 人 の 名 称：　有限会社アキタ試験機

適合を確認した認定基準：　ISO/IEC 17025:2017

認定の有効期限：　2029 年 10 月 24 日

登録（認定）に係る区分：硬さ
法律に基づく初回登録年月日：2021 年 10 月 25 日
国際 MRA 対応初回認定発効日：2021 年 10 月 25 日
校正手法の区分の呼称［登録更新(認定発効)年月日］：ビッカース硬さ試験機等、ロックウェル硬さ試験機等[2025 年 10 月 25 日]
恒久的施設で行う校正／現地校正の別：現地校正
校正測定能力

| 校正手法の区分の呼称# | 種類 | 校正範囲 | | 拡張不確かさ（信頼の水準約 95 %） |
|---|---|---|---|---|
| ビッカース硬さ試験機等 | ビッカース硬さ試験機 | 200 HV | 試験力 294.2 N | 2.3 % |
| | | | 試験力 98.07 N | 2.4 % |
| | | | 試験力 49.03 N | 2.4 % |
| | | | 試験力 9.807 N | 4.6 % |
| | | | 試験力 1.961 N | 10 % |
| | | 500 HV | 試験力 294.2 N | 2.4 % |
| | | | 試験力 98.07 N | 2.5 % |
| | | | 試験力 49.03 N | 3.2 % |
| | | | 試験力 9.807 N | 7.2 % |
| | | | 試験力 1.961 N | 16 % |
| | | 800 HV | 試験力 294.2 N | 2.4 % |
| | | | 試験力 98.07 N | 3.0 % |
| | | | 試験力 49.03 N | 4.1 % |
| | | | 試験力 9.807 N | 9.2 % |
| | | | 試験力 1.961 N | 20 % |
| ロックウェル硬さ試験機等 | ロックウェル硬さ試験機 | 25 HRC | | 0.53 HRC |
| | | 45 HRC | | 0.54 HRC |
| | | 60 HRC | | 0.40 HRC |

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

注）ビッカース硬さ試験機/ロックウェル硬さ試験機の校正測定能力の拡張不確かさは、被校正器物に係る不確かさ要因を含んでいます。