

認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定識別	JCSS 0355 Calibration
認定された適合性評価機関の名称	有限会社アキタ試験機
法人の名称	有限会社アキタ試験機 法人番号 1011802009020
問い合わせ窓口	本社 TEL : 03-3897-1546 FAX : 03-3897-7476



20250702評基第014号
2025年10月24日

認 定 証

独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センターは、以下の適合性評価機関を JCSS 認定プログラムの校正事業者として認定する。

認 定 識 別: JCSS 0355 Calibration

適合性評価機関の名称: 有限会社アキタ試験機

法 人 の 名 称: 同上

適合性評価機関の所在地: 東京都足立区舎人五丁目2番14号

認 定 範 囲: 硬さ (詳細は別紙のとおり)

認定要求事項: ISO/IEC 17025:2017

認定スキーム文書 (JCSS 認定) に記載した
認定要求事項

認定発効日: 2025年10月25日

認定の有効期限: 2029年10月24日

初回認定発効日: 2021年10月25日

独立行政法人製品評価技術基盤機構

認定センター所長 石毛 浩美

- ・ IAJapan (独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センター) は、ILAC (国際試験所認定協力機構) 及び APAC (アジア太平洋認定協力機構) の MRA (相互承認取決め) に署名している認定機関です。
- ・ 相互承認取決めに係る要求事項は、認定の基準 (該当する国際規格) 適合義務の他に、技能試験参加要件及び定期的な審査の受審並びに MRA 対応事業者に対するトレーサビリティ要求事項 (方針) を指します。
- ・ この事業者は ISO/IEC 17025:2017 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項に適合しています。この認定は当該事業者が認定された範囲において一貫して技術的に有効な試験結果及び校正を提供するために必要な技術能力要求事項及びマネジメントシステム要求事項を満たしていることを証明するものです (2017 年 4 月 ISO-ILAC-IAF 共同コミュニケ参照)。
- ・ IAJapan ウェブサイトで公開している認定証が最新の認定情報です。

登録（認定）に係る区分：硬さ

法律に基づく初回登録年月日：2021 年 10 月 25 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：2021 年 10 月 25 日

校正手法の区分の呼称〔登録更新(認定発効)年月日〕：ビッカース硬さ試験機等、ロックウェル硬さ試験機等[2025 年 10 月 25 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：現地校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
ビッカース硬さ試験機等	ビッカース硬さ試験機	200 HV	試験力 294.2 N	2.3 %
			試験力 98.07 N	2.4 %
			試験力 49.03 N	2.4 %
			試験力 9.807 N	4.6 %
			試験力 1.961 N	10 %
		500 HV	試験力 294.2 N	2.4 %
			試験力 98.07 N	2.5 %
			試験力 49.03 N	3.2 %
			試験力 9.807 N	7.2 %
			試験力 1.961 N	16 %
		800 HV	試験力 294.2 N	2.4 %
			試験力 98.07 N	3.0 %
			試験力 49.03 N	4.1 %
			試験力 9.807 N	9.2 %
			試験力 1.961 N	20 %
ロックウェル硬さ試験機等	ロックウェル硬さ試験機	25 HRC		0.53 HRC
		45 HRC		0.54 HRC
		60 HRC		0.40 HRC

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

注) ビッカース硬さ試験機/ロックウェル硬さ試験機の校正測定能力の拡張不確かさは、被校正器物に係る不確かさ要因を含んでいます。