認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定識別	JCSS 0367 Calibration
認定された適合性評価機関の名称	鶴賀電機株式会社　計測標準部
法人の名称	鶴賀電機株式会社 法人番号 3120001033182
問い合わせ窓口	計測標準部 TEL：06-6692-7001　　FAX：06-6609-8115

International Accreditation Japan

認定した校正機関の情報

情報更新年月日：2026 年 10 月 31 日

認　定　識　別：　JCSS 0367 Calibration

校正機関の名称：　鶴賀電機株式会社 計測標準部

校正機関の所在地：　大阪府大阪市住吉区南住吉 1 丁目 3 番 23 号

法 人 の 名 称：　鶴賀電機株式会社

適合を確認した認定基準：　ISO/IEC 17025:2017

認定の有効期限：　2030 年 10 月 30 日

登録（認定）に係る区分：時間・周波数及び回転速度
法律に基づく初回登録年月日：2022 年 10 月 31 日
国際 MRA 対応初回認定発効日：2022 年 10 月 31 日
校正手法の区分の呼称［登録更新(認定発効)年月日］：時間・周波数測定器等［2026 年 10 月 31 日］
恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正
校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ（信頼の水準約 95 %）
時間・周波数測定器等	時間間隔発生器 *1	1 s	0.02 s
		10 s	0.03 s
		60 s	0.03 s

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。
*1: 耐電圧試験器に限る。
注）時間間隔発生器の校正測定能力は、被校正器物に係る不確かさ要因を含みます。

登録（認定）に係る区分：電気（直流・低周波）
法律に基づく初回登録年月日：2022 年 10 月 31 日
国際 MRA 対応初回認定発効日：2022 年 10 月 31 日
校正手法の区分の呼称［登録更新(認定発効)年月日］：直流・低周波測定器等［2026 年 10 月 31 日］
恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正
校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲		拡張不確かさ（信頼の水準約 95 %）
直流・低周波測定器等	交流電圧発生装置	50 Hz 60 Hz	1 kV	0.02 Kv
			1.9 kV	0.02 kV
			2 kV	0.03 kV
			3 kV	0.03 kV
			4 kV	0.04 kV
			5 kV	0.04 kV
	交流電流発生装置	50 Hz 60 Hz	1 mA	0.02 mA
			5 mA	0.06 mA
			10 mA	0.2 mA
			50 mA	0.5 mA
			100 mA	0.8 mA
	直流抵抗測定装置	10 mΩ		0.009 mΩ
		100 mΩ		0.06 mΩ
		1 Ω		0.0004 Ω
		10 Ω		0.004 Ω
		100 Ω		0.04 Ω
		1 kΩ		0.0004 kΩ

		10 kΩ	0.004 kΩ
		100 kΩ	0.05 kΩ
		10 MΩ	0.12 MΩ
		50 MΩ	0.6 MΩ
		90 MΩ	1.1 MΩ
		100 MΩ	1.4 MΩ
		190 MΩ	2.7 MΩ
		500 MΩ	7 MΩ
		900 MΩ	13 MΩ
		1 GΩ	12 MΩ
		1.9 GΩ	23 MΩ

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。