認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定識別	JCSS 0368 Calibration
認定された適合性評価機関の名称	株式会社キグチテクニクス　校正所
法人の名称	株式会社キグチテクニクス 法人番号 9280001002397
問い合わせ窓口	品質管理課 TEL：0854-22-2619　　FAX：0854-23-0869

International Accreditation Japan

認定した校正機関の情報

情報更新年月日：2026 年 11 月 12 日

認　定　識　別：　JCSS 0368 Calibration

校正機関の名称：　株式会社キグチテクニクス 校正所

校正機関の所在地：　島根県安来市恵乃島町 114-15

法 人 の 名 称：　株式会社キグチテクニクス

適合を確認した認定基準：　ISO/IEC 17025:2017

認定の有効期限：　2030 年 11 月 11 日

登録（認定）に係る区分：長さ
法律に基づく初回登録年月日：2022 年 12 月 1 日
国際 MRA 対応初回認定発効日：2022 年 12 月 1 日
校正手法の区分の呼称［登録更新（認定発効）年月日］：一次元寸法測定器［2026 年 11 月 12 日］
恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正
校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ（信頼の水準約 95 %）
一次元寸法測定器	ノギス	300 mm 以下	0.02 mm
		300 mm 超 600 mm 以下	0.03 mm
	マイクロメータ	50 mm 以下	2 μm
		50 mm 超 100 mm 以下	3 μm

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。