

認定プログラムの名称	JCSS (国際 MRA 対応)
認定識別	JCSS 0377 Calibration
認定された適合性評価機関の名称	東洋テック株式会社 CEH 事業部
法人の名称	東洋テック株式会社 法人番号 5010001024190
問い合わせ窓口	CEH 事業部 TEL : 03-3251-8676 FAX : 03-3251-8258



International Accreditation Japan

認定した校正機関の情報

情報更新年月日：2026年6月18日

認定識別： JCSS 0377 Calibration

校正機関の名称： 東洋テック株式会社 CEH 事業部

校正機関の所在地： 東京都千代田区外神田一丁目3番12号

法人の名称： 東洋テック株式会社

適合を確認した認定基準： ISO/IEC 17025:2017

認定の有効期限： 2028年12月5日

登録（認定）に係る区分：トルク

法律に基づく初回登録年月日：2024年12月6日

国際MRA対応初回認定発効日：2024年12月6日

校正手法の区分の呼称 [登録（認定発効）年月日]：トルク計測機器 [2024年12月6日] (*) [2026年6月11日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)	
トルク計測機器	トルクメータ #	右ねじり及び 左ねじり	0.2 N・m (*)	0.15 %
			0.4 N・m (*)	0.12 %
			0.6 N・m (*)	0.16 %
			0.8 N・m (*)	0.16 %
			1.0 N・m (*)	0.12 %
			1.2 N・m (*)	0.12 %
			1.6 N・m (*)	0.11 %
			2 N・m (*)	0.11 %
			3 N・m (*)	0.10 %
			4 N・m (*)	0.086 %
			5 N・m (*)	0.078 %
			6 N・m (*)	0.071 %
			8 N・m (*)	0.063 %
			10 N・m	0.057 % (*)
			15 N・m	0.048 % (*)
			20 N・m	0.046 % (*)
			25 N・m	0.047 % (*)
			30 N・m	0.047 %
			35 N・m	0.046 %
			40 N・m	0.044 %
50 N・m	0.043 %			
60 N・m	0.045 %			
80 N・m	0.043 %			
100 N・m	0.042 %			
120 N・m	0.042 %			
140 N・m	0.042 %			
160 N・m	0.042 %			
200 N・m	0.042 %			

JMIF015 (TTSG-T102) による。