認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定識別	JCSS 0380 Calibration
認定された適合性評価機関の名称	株式会社チューブ　校正室
法人の名称	株式会社チューブ 法人番号 2040001011676
問い合わせ窓口	校正室 TEL：043-258-2081　　FAX：043-258-2091

International Accreditation Japan

認定した校正機関の情報

情報更新年月日：2026 年 4 月 1 日

認　定　識　別：　JCSS 0380 Calibration

校正機関の名称：　株式会社チューブ　校正室

校正機関の所在地：　千葉県千葉市稲毛区宮野木町 1755 番地 169

法 人 の 名 称：　株式会社チューブ

適合を確認した認定基準：　ISO/IEC 17025:2017

認定の有効期限：　2029 年 10 月 29 日

登録（認定）に係る区分：質量
法律に基づく初回登録年月日：2025 年 10 月 30 日
国際 MRA 対応初回認定発効日：2025 年 10 月 30 日
校正手法の区分の呼称［登録（認定発効）年月日］：はかり［2025 年 10 月 30 日］
恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正及び現地校正
校正測定能力

校正手法の区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ（信頼の水準約 95 %）	
			恒久的施設	現地校正
はかり	電子式非自動はかり	1 g 以上 10 g 以下	0.054 mg	0.054 mg
		10 g 超 20 g 以下	0.081 mg	0.082 mg
		20 g 超 30 g 以下	0.092 mg	0.092 mg
		30 g 超 40 g 以下	0.12 mg	0.12 mg
		40 g 超 100 g 以下	0.13 mg	0.13 mg
		100 g 超 150 g 以下	0.15 mg	0.15 mg
		150 g 超 200 g 以下	0.20 mg	0.20 mg
		200 g 超 400 g 以下	1.0 mg	1.0 mg
		400 g 超 600 g 以下	1.4 mg	1.5 mg
		600 g 超 800 g 以下	1.9 mg	1.9 mg
		800 g 超 1 kg 以下	2.4 mg	2.4 mg
		1 kg 超 2 kg 以下	4.8 mg	4.9 mg
		2 kg 超 3 kg 以下	7.2 mg	7.3 mg
		3 kg 超 4 kg 以下	9.4 mg	9.4 mg
		4 kg 超 5 kg 以下	12 mg	13 mg
		5 kg 超 10 kg 以下	0.061 g	0.067 g
		10 kg 超 20 kg 以下	0.16 g	0.17 g
		20 kg 超 40 kg 以下	0.19 g	0.21 g
		40 kg 超 50 kg 以下	0.22 g	0.25 g
		50 kg 超 60 kg 以下	0.25 g	0.28 g
		60 kg 超 100 kg 以下	2.1 g	2.1 g
		100 kg 超 150 kg 以下	2.7 g	2.8 g
		150 kg 超 200 kg 以下	20 g	21 g
		200 kg 超 250 kg 以下	23 g	24 g
		250 kg 超 300 kg 以下	26 g	27 g

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。