

| | |
|-----------------|---|
| 認定プログラムの名称 | JCSS（国際 MRA 対応） |
| 認定識別 | JCSS 0382 Calibration |
| 認定された適合性評価機関の名称 | 株式会社八洲測器 校正ラボ |
| 法人の名称 | 株式会社八洲測器 法人番号 2030001021395 |
| 問い合わせ窓口 | 温度校正係 TEL : 048-421-3126 FAX : 048-421-3201 |



20250613評基第009号
2026年2月12日

認定証

独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センターは、以下の適合性評価機関を JCSS 認定プログラムの校正事業者として認定する。

認定識別: JCSS 0382 Calibration

適合性評価機関の名称: 株式会社八洲測器 校正ラボ

法人の名称: 株式会社八洲測器

適合性評価機関の所在地: 埼玉県戸田市美女木北二丁目8番地の1

認定範囲: 温度 (詳細は別紙のとおり)

認定要求事項: ISO/IEC 17025:2017

認定スキーム文書 (JCSS 認定) に記載した
認定要求事項

認定発効日: 2026年2月12日

認定の有効期限: 2030年2月11日

初回認定発効日: 2026年2月12日

独立行政法人製品評価技術基盤機構

認定センター所長

石毛 浩美

- ・相互承認取決めに係る要求事項は、認定の基準 (該当する国際規格) 適合義務の他に、技能試験参加要件及び定期的な審査の受審並びに MRA 対応事業者に対するトレーサビリティ要求事項 (方針) を指します。
- ・この事業者は ISO/IEC 17025:2017 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項に適合しています。この認定は当該事業者が認定された範囲において一貫して技術的に有効な試験結果及び校正を提供するために必要な技術能力要求事項及びマネジメントシステム要求事項を満たしていることを証明するものです (2017年4月 ISO-ILAC-IAF 共同コミュニケ参照)。
- ・IAJapan ウェブサイトで公開している認定証が最新の認定情報です。

登録（認定）に係る区分：温度

法律に基づく初回登録年月日：2026年2月12日

国際MRA対応初回認定発効日：2026年2月12日

校正手法の区分の呼称 [登録（認定発効）年月日]：接触式温度計 [2026年2月12日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

| 校正手法の 区分の呼称# | 種類 | 校正範囲 | | 拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %) | |
|-----------------|------------------|---|--------|-------------------------|-------------|
| | | | | 抵抗比(*1) | 抵抗値 (*2) |
| 接触式温度計 | 抵抗温度計 (定点校正法) | 白金抵抗温度計 (25 Ω) | 水の三重点 | - | 7 mK |
| | | | インジウム点 | 20 mK | - |
| | | | スズ点 | 20 mK | - |
| | | | 亜鉛点 | 20 mK | - |
| | 抵抗温度計 (比較校正法) | -40 °C、0 °C、50 °C、 100 °C、150 °C、200 °C 250 °C、400 °C | 0.2 °C | - | |

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

(*1)：抵抗比($W(T_{90})$)の温度換算値

(*2)：抵抗値($R(T_{90})$)の温度換算値