

認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定識別	JCSS 0384 Calibration
認定された適合性評価機関の名称	岩崎通信機株式会社 品質保証部 標準センタ 会津ラボ
法人の名称	岩崎通信機株式会社 法人番号 9011301000786
問い合わせ窓口	福島事業所 計測製造部 TEL : 0242-26-4311      FAX : 0242-26-4315



International Accreditation Japan

## 認定した校正機関の情報

情報更新年月日：2026年5月13日

認定識別： JCSS 0384 Calibration

校正機関の名称： 岩崎通信機株式会社

品質保証部 標準センタ 会津ラボ

校正機関の所在地： 福島県会津若松市住吉町 23-7

法人の名称： 岩崎通信機株式会社

適合を確認した認定基準： ISO/IEC 17025:2017

認定の有効期限： 2030年5月12日

登録（認定）に係る区分：電気（直流・低周波）

法律に基づく初回登録年月日：2026年5月13日

国際MRA対応初回認定発効日：2026年5月13日

校正手法の区分の呼称〔登録（認定発効）年月日〕：直流・低周波測定器等〔2026年5月13日〕

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
直流・低周波測定器等	直流電圧測定装置	0 V 以上 100 mV 以下	0.11 mV
		0.1 V 超 1000 V 以下	0.17 %

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。