

認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定識別	JCSS 0387 Calibration
認定された適合性評価機関 の名称	株式会社 Asue Asue T&C センター
法人の名称	株式会社 Asue 法人番号 6120001176383
問い合わせ窓口	Asue T&C センター ラドワッグジャパン TEL : 03-6379-5580 FAX : 03-6379-5584



International Accreditation Japan

認定した校正機関の情報

情報更新年月日：2026 年 7 月 9 日

認 定 識 別： JCSS 0387 Calibration

校正機関の名称： 株式会社 Asue Asue T&C センター

校正機関の所在地： 東京都世田谷区赤堤五丁目 31 番地 5 号
玲光ビル 1F

法 人 の 名 称： 株式会社 Asue

適合を確認した認定基準： ISO/IEC 17025:2017

認定の有効期限： 2030 年 7 月 8 日

登録（認定）に係る区分：質量

法律に基づく初回登録年月日：2026 年 7 月 9 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：2026 年 7 月 9 日

校正手法の区分の呼称 [登録（認定発効）年月日]：はかり [2026 年 7 月 9 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正及び現地校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
はかり	電子式非自動はかり	1 mg	0.0032 mg
		2 mg	0.0032 mg
		2 mg 超 5 mg 未満	0.0062 mg
		5 mg	0.0032 mg
		5 mg 超 10 mg 未満	0.0092 mg
		10 mg	0.0039 mg
		10 mg 超 20 mg 未満	0.013 mg
		20 mg	0.0047 mg
		20 mg 超 50 mg 未満	0.019 mg
		50 mg	0.0062 mg
		50 mg 超 100 mg 未満	0.025 mg
		100 mg	0.0077 mg
		100 mg 超 200 mg 未満	0.023 mg
		200 mg	0.0092 mg
		200 mg 超 500 mg 未満	0.034 mg
		500 mg	0.013 mg
		500 mg 超 1 g 未満	0.055 mg
		1 g	0.017 mg
		1 g 超 2 g 未満	0.047 mg
		2 g	0.018 mg
		2 g 超 5 g 未満	0.065 mg
		5 g	0.023 mg
		5 g 超 10 g 未満	0.086 mg
		10 g	0.027 mg
		10 g 超 20 g 未満	0.082 mg
		20 g	0.033 mg
		20 g 超 30 g 未満	0.087 mg
		30 g	0.059 mg
		30 g 超 40 g 未満	0.12 mg
		40 g	0.073 mg

		40 g 超 50 g 未満	0.12 mg
		50 g	0.057 mg
		50 g 超 70 g 以下	0.13 mg
		70 g 超 80 g 以下	0.14 mg
		80 g 超 100 g 未満	0.17 mg
		100 g	0.14 mg
		100 g 超 120 g 以下	0.15 mg
		120 g 超 150 g 未満	0.18 mg
		150 g	0.12 mg
		150 g 超 200 g 未満	0.23 mg
		200 g	0.20 mg
		200 g 超 300 g 未満	0.33 mg
		300 g	0.25 mg
		300 g 超 400 g 未満	0.39 mg
		400 g	0.33 mg
		400 g 超 500 g 未満	0.48 mg
		500 g	2.5 mg
		500 g 超 1000 g 未満	1.5 mg
		1000 g	3.1 mg
		1000 g 超 1500 g 以下	3.9 mg
		1500 g 超 2000 g 以下	22 mg
		2000 g 超 3000 g 以下	22 mg
		3000 g 超 4000 g 以下	22 mg
		4000 g 超 5000 g 以下	0.12 g
		5000 g 超 10 kg 以下	1.2 g
		10 kg 超 30 kg 以下	1.2 g
		30 kg 超 60 kg 以下	1.2 g

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。