

認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定識別	JCSS 0388 Calibration
認定された適合性評価機関の名称	エイキット・ファステック株式会社 校正サービスグループ
法人の名称	エイキット・ファステック株式会社 法人番号 7180001090223
問い合わせ窓口	校正サービスグループ TEL : 052-229-1371 FAX : 052-229-1368



International Accreditation Japan

認定した校正機関の情報

情報更新年月日：2026 年 9 月 8 日

認 定 識 別： JCSS 0388 Calibration

校正機関の名称： エイキット・ファステック株式会社
校正サービスグループ

校正機関の所在地： 愛知県名古屋市中区錦一丁目 13 番 26 号

法 人 の 名 称： エイキット・ファステック株式会社

適合を確認した認定基準： ISO/IEC 17025:2017

認定の有効期限： 2030 年 9 月 7 日

登録（認定）に係る区分：長さ

法律に基づく初回登録年月日：2026 年 9 月 8 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：2026 年 9 月 8 日

校正手法の区分の呼称〔登録（認定発効）年月日〕：一次元寸法測定器〔2026 年 9 月 8 日〕

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)
一次元寸法測定器	ブロックゲージ (比較測定法による)	0.5 mm 以上 100 mm 以下	0.13 μm

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。