

認定プログラムの名称	JCSS（国際 MRA 対応）
認定識別	JCSS 0389 Calibration
認定された適合性評価機関の名称	株式会社太平洋コンサルタント 九州技術センター
法人の名称	株式会社太平洋コンサルタント 法人番号 7040001049885
問い合わせ窓口	九州品質試験部 機器校正グループ TEL : 0947-32-3320 FAX : 0947-47-2038



International Accreditation Japan

認定した校正機関の情報

情報更新年月日：2026 年 9 月 10 日

認 定 識 別： JCSS 0389 Calibration

校正機関の名称： 株式会社太平洋コンサルタント
九州技術センター

校正機関の所在地： 福岡県田川郡香春町大字香春 9 0 1 番地 1

法 人 の 名 称： 株式会社太平洋コンサルタント

適合を確認した認定基準： ISO/IEC 17025:2017

認定の有効期限： 2030 年 9 月 9 日

登録（認定）に係る区分：質量

法律に基づく初回登録年月日：2026 年 9 月 10 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：2026 年 9 月 10 日

校正手法の区分の呼称 [登録(認定発効)年月日]：分銅等 [2026 年 9 月 10 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %) (協定質量の校正)
分銅等	分銅	20 kg	93 mg
		10 kg	50 mg
		5 kg	25 mg
		2 kg	10 mg
		1 kg	4.6 mg
		500 g	2.4 mg
		200 g	1.0 mg
		100 g	0.46 mg
		50 g	0.29 mg
		20 g	0.28 mg
		10 g	0.18 mg
		5 g	0.15 mg
		2 g	0.11 mg
		1 g	0.13 mg
		500 mg	0.072 mg
		200 mg	0.055 mg
		100 mg	0.047 mg
		50 mg	0.037 mg
		20 mg	0.031 mg
		10 mg	0.024 mg
		5 mg	0.019 mg
		2 mg	0.019 mg
		1 mg	0.018 mg
	おもり	10 kg 超 20 kg 以下	1.2 g
		5 kg 超 10 kg 以下	0.58 g
		2 kg 超 5 kg 以下	0.29 g
		1 kg 超 2 kg 以下	0.12 g
		500 g 超 1 kg 以下	58 mg
		200 g 超 500 g 以下	29 mg
		100 g 超 200 g 以下	12 mg
		50 g 超 100 g 以下	5.8 mg
		5 g 超 50 g 以下	3.5 mg
		1 g 以上 5 g 以下	1.9 mg

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。

校正手法の区分の呼称 [登録(認定発効)年月日] : はかり [2026 年 9 月 10 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別 : 恒久的施設で行う校正及び現地校正

校正測定能力

校正手法の 区分の呼称#	種類	校正範囲	拡張不確かさ (信頼の水準約 95 %)	
			恒久的施設	現地校正
はかり	電子式非自動はかり	1 g 以上 20 g 以下	0.79 mg	0.82 mg
		20 g 超 250 g 以下	1.1 mg	1.2 mg
		250 g 超 1 kg 以下	2.1 mg	3.1 mg
		1 kg 超 5 kg 以下	13 mg	14 mg
		5 kg 超 10 kg 以下	65 mg	66 mg
		10 kg 超 30 kg 以下	0.28 g	0.34 g

#校正の方法は、全て自社で開発された手順です。